

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU 2 (İKİ) KALEM TIBBİ MALZEME VE TIBBİ SARF ALIM İŞİ

17.06.2016

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dr. Muslih ÖKTEN
Yönetici

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	YUKSEK DEVİRLİ DRİL UCU	3	ADET		
2	ALET DEZENFEKTANI	500	LİTRE		
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **21.06.2016 SALI GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 9 TEKLİFE ÇIKILAN MALZEMELER EN GEÇ 1 HAFTA İÇERİSİNDE HASTANE SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİDİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAIL: patnosdh@hotmail.com

ALET DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün formaldehit, fosfat ve fenol bileşikleri içermemelidir.
2. Glutaraldehit içeren ürünler en çok %2'lik konsantrasyonda olacaktır.
3. Plastik, kauçuk, metal, porselen, cam ve benzeri medikal malzemelerin dezenfeksiyonları ile ısıya dayanıksız anestezi aksesuarları gibi malzelerin dezenfeksiyonunda kullanılabilir.
4. Bakteri (Tbedahil), mantar, virüs (HBV, HCV, HIV) ve sporlara etkili olmalıdır.
5. Dezenfeksiyonun yanında temizleme işlevide görmelidir.
6. Kullanıma hazır formda 5lt 'lik ambalajlarda olmalıdır. Sulandırılmadan kullanılmalıdır.
7. Hızlı dezenfeksiyona (15dakika) olanak sağlamalıdır.
8. Kokusu hoş kokulu ve rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır.
9. Ekolojik olmalıdır.
10. Organik madde varlığında aktivitesini önemli ölçüde korumalıdır.
11. Ambalajlar orijinal kilitli, kapaklı olup üzerinde ürünün kullanımı, yan ve toksit etkilerine ilişkin uyarılar (Türkçe olarak), üretim ve son kullanım tarihi, seri numarası olmalıdır.

ELEKTRİKLİ YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli kraniyotom ucu ve driller hastanemizde kullanılan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır (veya teklif veren firma drill uçlarıyla beraber 10 adet drill sistemini hastaneye kuracaktır). Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.İstenildiğinde aynı firmaya ait havalı motorlar ile kullanılabilir.
2. Teklif edilecek yüksek devirli kraniyotom ucu ve drillerin üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli kraniyotom ucu ve driller steril ambalajında, ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır. Ayrıca aylık periyodik bakım yapmayı taahhüt etmelidir. Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve ürün eğitimi almış kalifiye elemanların sertifikaları ihale dosyasında olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli kraniyotom uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Firmalar ihale komisyonunun gerekli görmesi halinde teklif ettikleri ürünlerin birer adet numunesini sunmalıdır. Uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Teklif edilecek yüksek devirli kraniyotom uçları; delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç çeşitlerini de içermelidir.

80008709

10BA40D VEYA
EŞDEGER

10 cm lik ataçmana
uygun 4 mm diamond
uc

70 adet

80008709

10BA30D VEYAEŞDEGER	10 cm lik ataçmana uygun 3mm lik diamond uç	70 adet
10BA50D VEYA EŞDEGER	10 cm lik ataçmana uygun 5mm lik diamond uç	70 adet

80008708

7BA70MN VEYA EŞDEGER	7cm ataçmana uygun 7mm lik topuz uc	40 adet
7BA60 VEYA EŞDEGER	7cm ataçmana uygun 6 mm lik topuz uc	100 adet
7BA50 VEYA EŞDEGER	7cm ataçmana uygun 5mm lik topuz uc	100 adet
10BA40 VEYA EŞDEGER	10cm ataçmana uygun 4mm lik topuz uç	50 adet