



T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

BAŞHEKİMLİĞİ

**DIYALİZ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN SETİ ŞARTNAMESİ (1. KALEM /500 Ad.Set)
  - 1.1. .Setler universal olacaktır. Ünitelerimizde mevcut olan Fresenius ve Gambro marka hemodiyaliz cihazlarında kullanıma uygun olacaktır.
  - 1.2. Arter ucunda intravenöz spike (priming spike)ve sirkülasyon adaptörü olacaktır.
  - 1.3. Arter tarafından heparin hattı,ven tarafından protamin hattı olacaktır.
  - 1.4. Ven hattı üzerinde izalatör bulunmalıdır.
  - 1.5. Ven tarafında ve arter tarafında drip chamber bulunmalıdır.Arter ve ven hattında enjeksiyon portu olacaktır.
  - 1.6. Arter ve ven hattı üzerinde,basınç tüpü üzerinde, izalatör bağlantısında, arteriyel yastıkta klemler olacaktır.
  - 1.7. Setler steril olacaktır. Arter ve ven setleri tek ambalajda veya ambalajlarda olabilir.
  - 1.8. Arter Ven setiven hattı ucunda torba bulunacaktır.
  - 1.9. Setlerde A-V Fistülüğnesi olacaktır.
  - 1.10. Kan akımını kesebilmek için klemp olacaktır.Döner başlık özelliği olacaktır.

20.06.2016

Ergül YAMAN

Diyaliz Hemşiresi



Enes DEMİRDİZEN

Diyaliz Hemşiresi



Dr. Sevin DEMİR  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi