



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Başhekimliği



KONU: Fiyat Tespit Hk.

SAYI :

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ

Sayı: 1930 Tarih: 31.08.2016

Özü: FİYAT TESPİT TUTANAĞI

GY: İLGİLİ MAKAMA

Klasör: ÇÖP KOVALARI Ek: 0 adet

K: 31.08.2016-16:14 17683

İLGİLİ MAKAMA

Hastanemizde satın alınması düşünülen aşağıda cinsi, miktarı, özellikleri ve diğer şartları yazılı mal, hizmet yada yapım işlerini 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22-d Maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile Satın Alınacaktır. Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda Tekliflerini İdaremizin Satın Alma Birimimize getirmeleri Rica Olunur.

Gereğini bilgilerinize arz- rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İş Müdürü

Sıra No	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	10	Adet		
2	6	Adet		
3	30	Adet		
4	30	Adet		
5	60	Adet		
6	250	Adet		

KDV HARIC TOPLAM TUTAR

Firma/ Kurum
Kaşe / İmza

Eki= Teknik Şartname

- 1 EKSİK DOLDURULAN ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLER EN GEÇ 02.09.2016. GÜNÜ SAAT ...10.00. KADAR SATIN ALMA BİRİM SORUMLUĞUNA VERİLMESİ ,veya GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİSİ, SİĞORTASI NAKLİYESİ VE DİĞER GİERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZILI İLE) KDV HARİÇ OLARAK VERİLECEKTİR.
- 5 TEKLİFİNDE EKSİKLER GÖRÜLEN, TARİHİ OLAMAYAN, İMZA VE KEŞESİ OLMAYAN, KATLOK İSTENİLDİĞİNDE KATALOK NUMARASI OLMAYAN VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAKS VE E. Mail YOLU İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN ASILLARI DA İDAREMİZ SATIN ALMA BİRİMİMİZE ULAŞTIRILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLEN ALIMLARDA TEKLİF İLE BİRLİKETE NUMUNE VERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYANIN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DİŞİ KALACAKTIR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TERİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN OLACAKTIR.
- 9 TEKLİFE ÇIKILAN MALZEME HİZMET ONAYLANMASI HALİNDE 10 GÜN İÇİNDE İLK PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET İŞİ İFA EDİLECEKTİR.

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ
TEL. : 0 472 711 41 42/ DAH.1114
FAKS. 0 472 711 49 63
E.Mail : eleskirtdh04@hotmail.com

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
ELEŞKLİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
Çöp Taşıma Üniteleri, Çöp ve Tıbbi Atık Kovası
Teknik Şartnamesi.

Plastik Çöp ayırma ünitesi 135 Lt.

1. Lineer toz polietilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Sallama Kapaklı Olmalıdır.
3. 1 Kova Toplam 45 Lt Hacimli olmalıdır..
4. 3 Kova 135 Lt Toplam Hacimli olmalıdır.
5. Alt taban bölüm komple plastik olup, lineer toz polietilen malzemeden üretilmiş olmalıdır
6. 4 adet döner tekerlekli (1 tekerek çapı 8 Cm) teker jantları plastik olmalıdır.
7. Ürün 124x37x76 ebadında olmalıdır.
8. Çöp Ayırma Kovaların üzerine belirgin yazı ile görünecek şekilde Evsel Atık, Tıbbi Atık ve Cam Atık yazı ibareleri olacaktır

Plastik Çöp ayırma ünitesi 90 Lt

- 1.Lineer toz polietilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2.Sallama Kapaklı Olmalıdır
- 3.1 Kova Toplam 45 Lt Hacimli olmalıdır..
4. 2 Kova 90 Lt Toplam Hacimli olmalıdır.
- 5.Alt taban bölüm komple plastik olup, lineer toz polietilen malzemeden üretilmiş olmalıdır
6. adet döner tekerlekli (1 tekerek çapı 8 Cm) teker jantları plastik olmalıdır.
- 7.Ürün 80x36x80 ebadında olmalıdır.
- 8-Çöp Ayırma Kovaların üzerine belirgin yazı ile görünecek şekilde Tıbbi Atık ve Cam Atık yazı ibareleri olacaktır

Plastik. çöp Kutusu 40 Lt

- 1.Lineer toz hammaddeden olmalıdır.
- 2-Rotasyon üretim olmalıdır
- 3-(-30) dereceye kadar Dayanıklı olup,kırılğan olmayan özellikte olmalıdır.
- 4-40 Lt taşıma kapasiteli olmalıdır.
- 5-kapaklı olmalıdır
- 6-padallı olmalıdır.
- 7-Sallama Kapaklı Olmalıdır
- 8-30x28x48x cm ebatlarında olmalıdır.

Plastik. çöp Kutusu 20 Lt

- 1.Lineer toz hammaddeden olmalıdır.
- 2-Rotasyon üretim olmalıdır
- 3-(-30) dereceye kadar Dayanıklı olup, kırılğan olmayan özellikte olmalıdır.
- 4-20 Lt taşıma kapasiteli olmalıdır.
- 5-kapaklı olmalıdır
- 6-padallı olmalıdır.
- 7.Sallama Kapaklı Olmalıdır.
- 8-28x27x31x cm ebatlarında olmalıdır.

Tıbbi Atık Kovası

- 1- 5 litrelik tıbbi atık kutusu tek elle açılabilir.
- 2- Kutu bölümü canlı sarı renkte, kapak bölümü ise kırmızı renktedir.
- 3- Kutu üzerinde "dikkat kesici ve delici tıbbi atık" yazısı bulunur.
- 4- Kutu üzerinde tıbbi atık amblemi de yer almaktadır.
- 5- Pratik kullanım özelliğine sahip olan kutunun büyük bir bölümü dolduktan sonra üst kapak içe doğru bastırılır ve kapak kilitlenir.
- 6- Ürün üzerinde etiket de bulunmaktadır.

Not: Teknik şartnamemiz 2 sayfadan ibarettir.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müd

Suat ÇETİN
Satınalma Sorm

Cevdet SARI
Taşnıt Kay Kont Yetk

Erkan KAHRAMAN
Acil Srv Sorm

Kübra GÜVEN
Yatan Hast Serv Sorm

UYGUNDUR:31.08.2016
Uzm. Dr. Yasin SAHAN
Başhekim