




# PENCİL POINT (KALEM UÇLU) 26G SPİNAL

## İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İğne ucu atravmatik (pencil point) tip bilemeli olmalıdır.
2. Ponksiyon kontrolü için şeffaf hup bağlantısı olmalıdır.
3. Şeffaf hup, luer lock ve slip lock enjektöre uyumlu olmalıdır.
4. Renk kodlu mandrenli olmalıdır.
5. İğne ile şeffaf hup bağlantısı renkli olmalı, bu sayede gauge ölçüsü stiletsiz de fark edilebilmelidir.
6. Spinal iğne istenilen gauge ölçülerinde olmalıdır.
7. İğne uzunluğu 26G 90 mm olmalı,guide 20g – 34 mm kılavuz iğne ile birlikte olmalıdır.
8. Steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj tipi blister veya kulaklı poşet olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde imal, son kullanma tarihleri, seri numarası, CE işaretleme, firma ismi kolay okunabilecek şekilde BASKILI olmalıdır.
10. Ürün Kullanma talimatı ve zorunlu uyarılar Türkçe olmalıdır.
11. Bu teknik şartname muhteviyatında bahsi geçen (G) gaugelar ISO 9626 standardına uygun üretilmiş olmalıdır.
12. Ürün T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve üründe "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi olmalıdır.
13. Ürün steril olup, son kullanma tarihi teslim tarihi itibari ile en az 3 yıl olmalıdır.

  
Ağrı Kamu Hastaneler Kurulu  
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz  
Doğubayazıt İlçe Hastanesi  
Uzm. Dr. Adil ÖZTÜRK  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Tıp. Tes. No.: 145345

Anes. Ted. Sor.  
Mahsun Kaya  
