T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Eleşkirt ilçe Devlet Hastanesi
Başhekimliği

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT DH SATIN ALMA BİRİMİ
21/09/2017 10:00 - 36472700-774.01.01-376
00053075969

21.9.2017

KONU : Teklife Davet

Teklife Davet

Kurumumuz Diyaliz servisinde mevcut olan Gambro marka Diyaliz cihazların ihtiyacı olan aşağıda yazılı olan Clean Kart alımı 4734 Sayılı Kamu İhale kanunun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup,Söz konus hizmet işin KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 25.09.2017 tarih ve saat 9. 30 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faksa / eleskirtdh04@hotmail.com mal adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İş Müdürü

Sıra No		Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	*Clean Kart -a*	*500*	*Adet*		
2	*Clean Kart -c*	*500*	*Adet*		

EKİ TEKNİK ŞARTNAME : 2 SAYFA

Firma/ Kurum
Kaşe / İmza

1	İdarenizce doğrutan temin usulü ile 25.09.2017 tarihve saat 09,30 da Clean Kart alım işine ait dökümanı oluşturan bütün begeler tarafımızdan incelenmiş,okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir.Doğrutan temin usulü ile yapacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
2	Eksik doldurulan üzerinde kazıntı ,silinti veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3	Teklifler en geç 25.09.2017. GÜNÜ SAAT 9.30. kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..
4	Teklif Fiyatına işin sigortası,nakliyesi ve diger tüm giderleri dahil edilecektir.
5	Teklifler (Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç veilecektir.
6	Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
7	Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin asılarıda İdaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
8	Teklifleri ile birlikte numune veya Katalok istenilmesi halinde numunesi veya kataloğu olmayanın teklifi değerlendirmeye alınmıyacaktır.
9	.Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.
10	Teklif ile birlikte ürünün özelliklerini yazılı olduğu (Türkçe açıklamalı) ve ürünün görselini gösteren Katalok verilecektir.

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ
TEL. :0 472 711 41 42/ DAH.1114
FAKS. 0 472 711 49 63
E.Mail :eleskirtdh04@hotmail.com

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİ
CLEAN KART TEKNİK ŞARTNAM



1. **Clean cart -a /Toz kartuş :500 Ad.**
   - **1.1.**İçinde kullanıma hazır kartuş içinde 13 gr.Sodyum Karbonat olmalıdır.
   - **1.2.**Kartuş"un dış yapısı polypropylene olmalıdır.
   - **1.3.**PH 11 Seyreltilmiş eriyik halinde olmalıdır.
   - **1.4.**Kartuş şeklinde olmalı ve **Gambro** marka hemodiyaliz cihazlarına uymalı sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.

2. **Clean cart -c /Toz kartuş :500 Ad.**
   - **2.1.**İçinde kullanıma hazır kartuş içinde 32 gr.Strik asit olmalıdır.
   - **2.2.**Kartuş uç dış yapısı polyproplene olmalıdır.
   - **2.3.**PH 2 seyreltilmiş eriyik halinde olmalıdır.
   - **2.4.** Kartuş şeklinde olmalı ve **Gambro** marka hemodiyaliz cihazlarına uymalı ve sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.

Bülent ÖZTÜRK
İdr.Mali İşl.Müd.

M.Nuri ÇETİN
Diyaliz Sorm Hemşiresi

Bilent KAYAALP
Sağ.Mem (diyaliz görv.)

09.08..2017
Uzm. Dr. Yasin ŞAHAN
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Başhekimi