T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Eleşkirt ilçe Devlet Hastanesi
Başhekimliği

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT DH SATIN ALMA BİRİMİ
26/09/2017 10:38 - 36472700-116.02-382
00053348289

KONU : Teklife Davet

Teklife Davet

Kurumumuz Birimlerin ihtiyacı olan aşağıda yazılı olan Malzeme alımı 4734 Sayılı Kamu İhale kanunun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup,Söz konus hizmet işin KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 29.09.2017 tarih ve saat 11. 30 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faksa / eleskirtdh04@hotmail.com mal adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İş Müdürü

Sıra No		Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	EKG Kağıdı AR Cardioline 20100 Wiev	500	Top		
2	Dotcard AR 1200 NTS Kağıt	100	Top		
3	Kulaktan Ateş Ölçeme Probları Şeffa	10.000	Adet		
4	Duvara Monte Otoskop Oftalmaskop spekulumu	5.000	Adet		
5	Alkolmetre ağızlığı	1.000	Adet		
6	Tek kullanımlık Sedye örtüsü	5.000	Adet		

EKİ TEKNİK ŞARTNAME : 2 SAYFA

Firma/ Kurum
Kaşe / İmza

1	İdarenizce doğrutan temin usulü ile 29.09.2017 tarihve saat 11,30 da Clean Kart alım işine ait dökümanı oluşturan bütün begeler tarafımızdan incelenmiş,okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir.Doğrutan temin usulü ile yapacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
2	Eksik doldurulan üzerinde kazıntı ,silinti veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3	Teklifler en geç 29.09.2017. GÜNÜ SAAT 11.30. kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..
4	Teklif Fiyatına işin sigortası,nakliyesi ve diger tüm giderleri dahil edilecektir.
5	Teklifler (Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç veilecektir.
6	Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
7	Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin asılarıda İdaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktr.
8	Teklifleri ile birlikte numune veya Katalok istenilmesi halinde numunesi veya kataloğu olmayanın teklifi değerlendirmeye alınmıyacaktır.
9	Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.

ELEŞKIRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ
TEL. :0 472 711 41 42/ DAH.1114
FAKS. 0 472 711 49 63
E.Mail :eleskirtdh04@hotmail.com

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
ELEŞKLİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
BAŞHAKİMLİĞİ

CARDİOLİNE AR 20100 ŞARTNAMESİ

1. 210 mm eninde 150 mm katlaması olmalıdır.
2. 200 sayfalık paketler halinde olmalıdır.
3. Thermal KÂĞITTAN üretilmiş olmalıdır.
4. Her kutunun üzerinde ürünün ebatı ve SAYFA SAYISI belirtilmelidir.
5. Mevcut cihazda kâğıdın numunesi denenip uygunluk alınmalıdır.

CARDIOLINE AR 1200 MODEL CİHAZ İÇİN EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMES

1. 120 mm eninde 100 mm katlama boyunda olmalıdır.
2. 200 sayfalık paketler halinde z katlamalı olmalıdır.
3. Thermal kağıttan üretilmiş olmalıdır.
4. Paketler tozdan nemden ve ışıktan korunacak şekilde alt üst kartonlu ve shrink ambalajlı olmalıdır.
5. * Ambalaj üzerinde kağıdın marka model ve ebatlarını tanımlayıcı etiketi bulunmalıdır.
6. Ulusal Bilgi Bankası kaydı olup Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olmalıdı

ALKOL METRE BAŞLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Ağızlıklar, ACS marka Drivesafe model alkolmetre cihazı ile kullanıma uygun olmalıdır.
2- Ağızlıklar, tek tek paketlenmiş olmalıdır.
3- Ağızlıklar, sağlığa zararlı olmayan plastikten üretilmiş olmalıdır.
4- Ağızlık veren firma cihazın kalibrasyonu ve arıza durumunda servis desteği vermeyi taahhüt etmiş olacaktır.
5- Ağızlıkların üzerinde herhangi bir çapak bulunmamalıdır.
6- Ağızlığı veren firma cihazın üretici firmasından ya da Türkiye temsilcisinden aldığı yetki belgesini kuruma sunmalıdır.

KULAK SPEKULUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Spekulumlar disposable olmalıdır.
2. Spekulumlar Aynı marka Otoskoplara uyumlu olmalıdır.
3. Spekulumlar polypropilen yapıda olmalıdır.
4. Spekulumlar pediatrik 2,5 mm ; yetişkin 4,0 mm ebat seçenekleri olmalıdır.
5. Spekulumlar otoskopa sorunsuz bir şekilde sökülüp takılmalıdır.
6. Spekulumlar siyah renkli olmalı; ışığı yaymamalıdır.
7. Spekülümler 1000'lik paketler halinde bulunmalıdır.
8. Hastanemizde mevcut olan KaWe Medcenter 5000 cihazlara uyumlu olmalı

TİMPANİK TERMOMETRE PROBU(CİHAZLI) ŞARTNAMESİ

1. Timpanik metodla kulak içinden ölçüm yapılmak üzere kullanılmalıdır
2. Problar anatomik yapıda, Polietilen(Polyethylene) materyalden üretilmiş olmalı ve hastaya rahatsızlık vermemelidir.
3. Problar cihaz haznesinin içerisine kolay yerleştirilmelidir.
4. Problar cihaza el değmeden kolay takılabilmelidir.
5. Problar cihazın üzerinde bulunan bırak tuşu ile el değmeden kolayca atılabilmelidir.
6. Problar tek kullanımlık olmalıdır.
7. Problar , cihaz ile aynı marka olmalıdır.
8. Uzun süre kullanım için problar cihaz haznesinin içerisine 16 adet çift sıra toplamda 32 adet kartuşu haznesine sığdırılabilmelidir.
9. Hastanemizde mevcut olan genius 2 covidien Markalı Cihazlara Uygun Teklif Verecek

TEK KULLANIMLIK SEDYE ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

10. Medikal non-woven kumaştan imal edilmiş ve antialerjik olacak
11. Beyaz renkte olacak
12. Tek kullanımlık olacak
13. Baş ve ayak uçlarında lastik olacak.
14. Non-steril olup ortalama 45 gr/ adet (+-5 gr) olacak
15. Sedye örtüsünün ebatları 80*220 olacak.
16. Örtü dayanıklı olup sıvı geçirmeyecek özellikte olaca

Bülent ÖZTÜRK
İdr.Mali İşl.Müd.

Murat KURT
Hemşire

Serpil KAYAALP
Kalite Birim Sorumlusu

26.09.2017
Uzm. Dr. Yasin ŞAHAN
Başhekim