

**T. C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU**  
**Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği**  
**Ağrı Devlet Hastanesi**

Sayı : 57212153/ 448  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

26/09/2017

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 4 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 29/09/2017 tarih ve saat 09:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Aykut BAŞER  
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	HOTPACK PEDİ	ADET	40		
2	BTL 4000 MODELE UYGUN TENS PROBU	ADET	5		
3	FİZYOTENS 4000 MODELE UYGUN TENS PROBU	ADET	40		
4	KENDİNDEN YAPIŞKANLI TENS PROBU (5*5)	ADET	200		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 11-Yetki belgesi olacak

## TENS ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Elektrod üzerinde elektrod kablosunun takılması için en az 2-3 cm uygun kablo girişi olmalıdır.
2. Elektrod içerisinde uzun süre kullanım için ve iyi iletkenlik için karbon filmi olmalıdır.
3. Elektrod üzerinde yapışma özelliğini sağlayan jeli olmalıdır
4. Elektrod en az 15-20 tedavi seansı kullanılabilir olmalıdır
5. Elektrod en az 5x5 kare olmalıdır
6. Elektrod kendinden yapışma özelliğine sahip olmalıdır.
7. Bir pakette 4 adet elektrod bulunmalıdır.
8. Malzeme steril ambalajında teslim edilmeli. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanma tarihi, kot numarası, CE işareti TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
9. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır.

Ağrı Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Cüzer KAYAR  
Tesp. No: 114-08  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

T.C. AĞRI DEVLET HASTANESİ  
Uzm. Dr. D. KAPILIOĞLU  
Dip. Tes. No: 114-08  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

Uzm. Dr. N. ÖLÇÜ  
Fizik Tedavisi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 114-08  
Ağrı Devlet Hastanesi

## HOTPACK PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pedlerin İçinde Silikattan Ve Zehirsiz Organik Kimyasal Maddelerden Oluşmuş Isıyı Muhafaza Edici Jel Bulunmalıdır.
2. Pedlerin İç Materyali Dikişli Bölmelerle Pedin Tüm Yüzeyine Eşit Olarak Dağıtılmış Olmalıdır.
3. Boyun bölgesi için özel tasarlanmış Hot Pack uzunluk: 61 cm
4. Bel bölgesi için 23cm x 39 cm

Ağrı Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Abuzer KAYAR  
Dip. Tes. No 114458  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzm.

T.C. AĞRI DEVLET HASTANESİ  
Uzm. Dr. Deniz KARABİÇER  
Dip. Tes. No 22476  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzm.

Uzm. Dr. Nazlı ÖLÇÜCÜ  
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı  
Dip. Tes. No 19796  
Ağrı Devlet Hastanesi