

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/467
Konu : Mal Alımı Hk.

06/10/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimize Ameliyathane biriminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **2 Kalem Tıbbi Malzeme Alımının** işinin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 09/10/2017 tarih ve saat **09:30'a** kadar satinalma004@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Ağrı Devlet Hastanesi
Başhekim Yardımcısı
Op.Dr. Birsen KÖNÜKÇÜ
Hastane Yöneticisi
Dip. No: 138083

SIRA NO	MALZEME ADI	CİNSİ	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MİNİ PLAK	ADET	1		
2	MİNİ VİDA	ADET	14		

Firma/Yetkili
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

miniplak teknik şartname

- 1 setin yurtiçi ve yurtdışı sertifikaları olmalıdır
- 2 plak parmak anatomisine uygun olmalı
- 3 malzeme ihalesi sonlandıktan sonra ihaleyi kazanan firma 2 saat içinde eczaneye ve sarf depoya iletilmiş olmalı. Malzemenin uygunluğu için muayene komisyonunca değerlendirmeye alınmalıdır.
- 4 ihale sonrasında 2 saat içinde seti muayeneye getirmeyen firma uygunsuzluk alacaktır.
- 5 plağın y şeklinde h şeklinde ve t şeklinde şekilleri bulunmalıdır
- 6 plağın en az 4 boyu bulunmalıdır setde egme ve bukme malzemeleri bulunmalıdır

Bassız kompresyon vidası teknik şartname

- 1 setin yurtiçi ve yurtdışı sertifikaları olmalıdır
- 2 vidaların TUM BOYLARI SET İCİNDE BULUNMALIDIR
- 3 setin yurtiçi ve yurtdışı sertifikaları bulunmalıdır
- 4 titanyum malzemeden üretilmiş olmalıdır
- 5 vidaya uygun kışner telleri 5 adet drilleri 2ser adet bulunmalıdır.
6. 3.5 luk ve 6lık kalınlıkta vidalar bulunmalıdır

Op.Dr. ÇİFTÇİ AYLA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 132768
Ağrı Devlet Hastanesi

Op.Dr. SERTAN SÖZKESEN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 135068 Üzm. Tes. No: 120012
Ağrı Devlet Hastanesi

Op.Dr. SALİM SAFALI
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 132519
Ağrı Devlet Hastanesi