

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN 3(ÜÇ) KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ

13.10.2017

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

DT.MUSTAFA ALPER ÜNAL
YÖNETİCİ V.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	EPENDOİF TÜPÜ	400	ADET		
2	ENDOSKOPI AĞIZLIĞI	400	ADET		
3	FRIDGE TAG	5	ADET		
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **16.10.2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 MUAYENE KOMİSYONDAN GEÇMEYEN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEMEYECİKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN OLACAKTIR.
- 9 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAIL: patnosdh@hotmail.com

ENDOSKOPI AĞIZLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ağızlığın iç lümeni en az 15 mm olmalıdır.
3. Hastaya sabitlenebilmesi için lastiği olmalıdır.
4. Ürün latex materyalden imal edilmiş olmalıdır.
5. Ürün Uluslar arası standardizasyon kuruluşlarından CE veya FDA onaylı olmalıdır.
6. Son kullanım tarihi en az 2 (iki) yıl olmalıdır
- 7- Ağıza girmeyen kısımları en az 2-3 cm olacak
- 8- Teklif veren firmalar 1 adet numune verecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır

Leyla Keleş



Ependorf Tüp Teknik Şartnamesi

- 1.5-2.0 ml kapasiteli olmalıdır.
- İnce ve düzgün duvarlı olmalıdır.
- Naturel renkte olmalıdır.
- Düz kapaklı olmalı, kapaklar numune sızdırmamalıdır.
- Derin iç bölmeli kapak profiline sahip olmalıdır.
- Tüpler FDA onaylı olmalı, polipropilenden üretilmiş olmalıdır

Leyla Keleş


HAFIZALI TERMOMETRE (FRIDGE TAG) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ara kablosu ile bilgisayara veri akışı sağlayarak 60 günlük geçmiş kayıtları raporlamalıdır.
- 2-Hafızasında 30 günlük kayıt saklayabilmelidir.
- 3- Dünya Sağlık Örgütü Onayı olmalıdır.
- 4-Ekranda tarih ve saat özelliğinin olmalıdır.
- 5-Yeni arayüzü ve kullanım kolaylığı olmalıdır.
- 6-3 Yıl çalışma ömrü olmalıdır.
- 7- Ekranından 30 gün geriye doğru kayıtları görülebilmelidir.
- 8-Fridge Tag 2' yi USB girişinden bilgisayara bağladığınızda ise herhangi bir programa gerek kalmadan PDF formatında 60 gün geriye doğru kayıtları rapor alabilmelidir.
- 9-Ekran üzerinde görebileceğiniz tarih ve saat özelliği olmalıdır.
- 10-Kayıtları kendiniz herhangi bir yere not alarak değil de PDF formatında düzenli bir şekilde alınabilmelidir.
- 11-Cihazın bulunduğu ortamın sıcaklık değeri +2°C ile +8°C arasında olması gerekmektedir.
- 12-Cihaz son 30 gün içerisinde soğuk zincire yani +2°C' nin altında veya +8°C' nin üzerinde 60 dakika kalırsa Alarm uyarısı vermelidir. Bu değerlerin dışına hiç çıkmamış ise; ekran OK (sorun yok) olmalıdır.
- 13-Cihaz gün içerisinde gördüğü en yüksek ve en düşük sıcaklık ayarlarını hafızasında tutmalıdır. (Max Min özelliği)
- 14Güvenlik nedeniyle cihazın içi hiçbir şekilde açılmamalıdır, içindeki veriler değiştirilememelidir.

Leyla KELES

