

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 486
Konu : Mal Alımı Hk.

13/10/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin başvuran Zahide ÜSTÜNDAĞ isimli hastaya kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **5 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İşi** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/f maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16/10/2017 tarih ve saat **11:30'a** kadar 0472 215 34 22 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Op.Dr. Aykut BAŞER
Hastane Yöneticisi

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	RF	ADET	1		
2	SHAVER	ADET	1		
3	ARTROPUMP	ADET	1		
4	ÖRTÜM SETİ	ADET	1		
5	BİYOLOJİK REKONSTRÜKSİYON		1		

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

2. teki isteniyor

ARTROSKOPİK İRRİGASYON SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Artroskopide kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Eklem içi basıncı kontrol edilebilmelidir.
- 3- Tek kullanımlık basınç kasetleri halinde olmalıdır.
- 4- EO Steril, tek kat ambalajlı, uluslararası paketleme standartlarında olmalıdır.
- 5- Çift serum girişi olmalıdır.inflow-outflow akış yapabilmelidir.
- 6- Her türlü artroskopik kanüle uyumlu olmalıdır

TEKLİF VEREN FİRMALAR İHELEDEN SONRA MALZEMİYİ GETİREREK ONAY ALACAKTIR AKSİ TAKDİRDE TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR

Op. Dr. Ömer Ali
Orman Hastanesi Travmatoloji Wf
Etiler - No: 122758
AĞ/Devlet Hastanesi

BİYOLOJİK DOKU REKONSTRÜKSİYON

METERYAL XENOGREFT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. BİO KOLLAJEN STERİL, APROJEN, NÖTR PH DEĞERİ VE VÜCUT SIVILARI İLE UYUMLU OSMOLALİTESİ OLAN ELASTOVİSKOZ BİR YAPILI XENOGREFT OLMALIDIR
2. ÜRÜN SIĞIR KAYNAKLI BİO KOLLAJEN İÇERMELİDİR.
3. KOLLAJEN JEL İLE HYALURONAN ASİT 80/20 JEL-SIVI ORANINDA KARIŞIMDAN OLMALIDIR.
4. HYALURONAN GLİKOSAMİNOGLİKAN AİLESİNDEN DOĞAL BİR KOMPLEKS ŞEKERDİR VE B-1,3 VE B-1,4 GLİKOSİDİK BAĞLARIYLA BAĞLI TEKRARLAYAN DİSAKKARİD N-ASETİL-DGLUKOSAMİN VE SODYUM D-GLUKORONAT ÜNİTELERİ İÇEREN UZUN BİR POLİMER ZİNCİR OLUŞTURMALIDIR.
5. BİO KOLLAJEN 5ML OLMALI VE HER 1ML'Sİ; 10,5 +- 1MG KOLLAJEN POLİMERİ (MODİFİYE OLMUŞ VEYA OLMAMIŞ) 8,5MG SODYUM KLORÜR, 2,2 MG DİSOYDUM DİHİDROJEN FOSFATMONOHİDRAT MİKTARDA İÇERMELİDİR.
6. BİO KOLLAJEN'İN TÜM DEJENERATİF HASARLARDA ,KEMİK KIRIKLARINDA KAYNAMAYI ARTTIRICI VE HIZLANDIRICI ETKİSİ OLMALIDIR.
7. CE BELGESİ OLMALI VE KİLİNİK ÇALIŞMALARI OLMALIDIR.
8. HAYVANSAL KAYNAKLI GREFT STATÜ VE BELGELERE HAİZ OLMALIDIR.
9. ÜRÜN AMBALAJI ÜZERİNDE ÜRETİM ,SON KULLANMA TARİHİ , MARKASI , TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE LOT NUMARASI YAZILI OLMALIDIR..
10. ÜRÜN T.C İLAÇ VE TİBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI VE SGK TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLMALIDIR.
11. ÜRÜN ORJİNAL OLMALI, SGK TARAFINDAN UBB KAYDI, SUT KODU BULUNMALI VE GERİ ÖDEMESİ OLMALIDIR.
12. ÜRÜN HAKKINDA ÇIKABİLECEK YASAL BİR SORUMLULUK VE GHERİ ÖDEME PROBLEMİ OLMASI DURUMUNDA TÜM SORUMLULUK İHALENİN KALDIĞI FIRMAYA AİTTİR.

Op. Dr. Ömer Akın
Ortopedi Uzmanı
Dip. No: 1221
Ağrı Devlet Hastanesi