


T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Tutak İlçe Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı GAMBRO MARKA HEMODİYALİZ CİHAZI CLEAN CART ALIMI işi 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 20.10.2017 tarih ve saat 14:00'e kadar 0472 411 20 83 numaralı belgegeçere veya tutak.satinalma@hotmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü



Sıra No	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	Gambro Marka Hemodiyaliz Cihazı Clean Cart-C Toz Kartuş	ADET	300		
2	Gambro Marka Hemodiyaliz Cihazı Clean Cart-A Toz Kartuş	ADET	350		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Faks ve Mail ile gönderilen tekliflerin asılları da idaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- 4-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olacaktır.
- 5-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 6-Alımı yapılacak malzemeler 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
- 7-Alımlar <https://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres: Ağrı-Van Yolu Üzeri İlçe Jandarma Karakolu Yanı Ayrıntılı bilgi için: Tıbbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83

1. CLEAN CART-A TOZ KARTUŞ

1.1. İçinde kullanıma hazır kartuş içinde 13 gr.Sodyum Karbonat olmalıdır.

1.2. Kartuş'un dış yapısı polypropylene olmalıdır.

1.3. PH 11 Seyreltilmiş eriyik halinde olmalıdır.

1.4. Kartuş şeklinde olmalı ve Gambro marka hemodiyaliz cihazlarına uyumlu sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.

2. CLEAN CART-C TOZ KARTUŞ

2.1. İçinde kullanıma hazır kartuş içinde 32 gr.Strik asit olmalıdır.

2.2. Kartuş uç dış yapısı polyproplene olmalıdır.

2.3. PH 2 seyreltilmiş eriyik halinde olmalıdır.

Kartuş şeklinde olmalı ve Gambro marka hemodiyaliz cihazlarına uyumlu ve sorunsuz bir