

T. C.  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/492  
Konu : Mal Alımı Hk.

16/10/2017

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin başvuran Kadriye BİRGÜL isimli hastaya kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **5 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İş**i 4734 sayılı ihale Kanununun 22/f maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 19/10/2017 tarih ve saat **10:00'a** kadar 0472 215 34 22 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Op.Dr. Alişir BAŞER  
Hastane Yöneticisi

| SIRA NO | MALZEME ADI        | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM Tutar |
|---------|--------------------|-------|--------|-------------|--------------|
| 1       | RF                 | ADET  | 1      |             |              |
| 2       | SHEVER             | ADET  | 1      |             |              |
| 3       | ARTROPUMP          | ADET  | 1      |             |              |
| 4       | DİZ İÇİ ENJEKSİYON | ADET  | 1      |             |              |
| 5       | ÖRTÜM SETİ         | ADET  | 1      |             |              |

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-**Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.**
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

## Diz artroskopisi teknik sartname

1. Uluslar arası sertifikaya sahip olmalı
2. Radyofrekans probu ablasyona izin vermeli ayak pedallı veya propla kontrol edilebilmelidir
3. Showerların en az 3 boyu olmalıdır
4. Artropump basınc kontrolüne izin vermelidir
5. Ortum seti artroskopiye uygun su geçirmez ve steril pakette olmalıdır

Doç. Dr. Ömer Ali KAYA  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
T.C. Kimlik No: 122759  
Ağrı Devlet Hastanesi

## ARTROSKOPİK İRRİGASYON SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Artroskopide kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Eklem içi basıncı kontrol edilebilmelidir.
- 3- Tek kullanımlık basınç kasetleri halinde olmalıdır.
- 4- EO Steril, tek kat ambalajlı, uluslararası paketleme standartlarında olmalıdır.
- 5- Çift serum girişi olmalıdır.inflow-outflow akış yapabilmelidir.
- 6- Her türlü artroskopik kanüle uyumlu olmalıdır

**TEKLİF VEREN FİRMALAR İHELEDEN SONRA MALZEMEYİ GETİREREK ONAY ALACAKTIR AKSİ TAKDİRDE TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR**

Op.Dr. Ahmet Ali KAYA  
C.11  
Etiler  
A.1227/9  
A.1227/9

## BİYOLOJİK DOKU REKONSTRÜKSİYON

### MİTERİYAL XENO GREFT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. BİO KOLLAJEN STERİL, APİROJEN, NÖTR PH DEĞERİ VE VÜCUT SIVILARI İLE UYUMLU OSMOLALİTESİ OLAN ELASTOVİSKOZ BİR YAPILI XENO GREFT OLMALIDIR
2. ÜRÜN SIĞIR KAYNAKLI BİO KOLLAJEN İÇERMELİDİR.
3. KOLLAJEN JEL İLE HYALURONAN ASİT 80/20 JEL-SIVI ORANINDA KARIŞIMDAN OLMALIDIR.
4. HYALURONAN GLİKOSAMİNOGLİKAN AİLESİNDEN DOĞAL BİR KOMPLEKS ŞEKERDİR VE B-1,3 VE B-1,4 GLİKOSİDİK BAĞLARIYLA BAĞLI TEKRARLAYAN DİSAKKARİD N-ASETİL-DGLUKOSAMİN VE SODYUM D-GLUKORONAT ÜNİTELERİ İÇEREN UZUN BİR POLİMER ZİNCİR OLUŞTURMALIDIR.
5. BİO KOLLAJEN 5ML OLMALI VE HER 1ML'Sİ; 10,5 +- 1MG KOLLAJEN POLİMERİ (MODİFİYE OLMUŞ VEYA OLMAMIŞ) 8,5MG SODYUM KLORÜR, 2,2 MG DİSOYDUM DİHİDROJEN FOSFATMONOHİDRAT MİKTARDA İÇERMELİDİR.
6. BİO KOLLAJEN'İN TÜM DEJENERATİF HASARLARDA ,KEMİK KIRIKLARINDA KAYNAMAYI ARTTIRICI VE HIZLANDIRICI ETKİSİ OLMALIDIR.
7. CE BELGESİ OLMALI VE KİLİNİK ÇALIŞMALARI OLMALIDIR.
8. HAYVANSAL KAYNAKLI GREFT STATÜ VE BELGELERE HAİZ OLMALIDIR.
9. ÜRÜN AMBALAJI ÜZERİNDE ÜRETİM ,SON KULLANMA TARİHİ , MARKASI , TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE LOT NUMARASI YAZILI OLMALIDIR..
10. ÜRÜN T.C İLAÇ VE TİBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI VE SGK TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLMALIDIR.
11. ÜRÜN ORJİNAL OLMALI, SGK TARAFINDAN UBB KAYDI, SUT KODU BULUNMALI VE GERİ ÖDEMESİ OLMALIDIR.
12. ÜRÜN HAKKINDA ÇIKABİLECEK YASAL BİR SORUMLULUK VE GHERİ ÖDEME PROBLEMİ OLMASI DURUMUNDA TÜM SORUMLULUK İHALENİN KALDIĞI FİRMAYA AİTTİR.

Op. Dr. Ömer Ali KAYA  
Ortopedi Travmatoloji Uzmanı  
Dışişleri No: 122768  
AĞH Devlet Hastanesi