

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AZOT PROTOKSİT GAZI ALIM İŞİ

23.10.2017

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

DR. MUSTAFA ALPER ÜNAL
YÖNETİCİ V.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MIKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	AZOT PROTOKSİT GAZI	750	KG		
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **24.10.2017 SALI GÜNÜ SAAT 15:30'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 8 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

AZOT PROTOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İhale konusu Azot Protoksit Gazı hastaların ameliyatlarında kullanılacak olup verilecek gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan sadece firma sorumlu olacaktır. ve bu sorumluluğu ihalede belge ile taahhüt edecektir.
2. Azot Protoksit gazı yerli ise TSE belgesine ithal ise dünya standardı belgesinden birine sahip olacaktır ve ihalede belgelenecektir.
3. Verilecek Azot Protoksit Gazı yerli ise üretim ve dolun belgesine ithal ise ithal, dolun ve depolama izin belgesine, yerli ise üretim, dolun ve depolama izin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından verilmiş olacaktır. Ayrıca yüklenicinin depolama ve dağıtım izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kurumlardan alınmış olacaktır ve belgelendirilecektir.
4. Azot Protoksit gazının içinde toksik maddelerin oranını belirten belgeyi ihalede vereceklerdir

Verilecek Azot Protoksit gazı dolu tüpler:

- a) Boyalı olacaktır.
 - b) Tüplerde renk şerhidi olacak
 - c) Tüp üzeri de solunabilen ibaresi yazılı olacak.
 - d) Başlıklı ve başlıklar mühürlü olacak
 - e) Periyodik bakımları ve testleri yapılacak
 - f) Dolun ve test tarihlerini ihtiva eden etiket olacaktır.
 - g) Vanaların sigillanarak verilecektir. (arızalı vanalar değiştirilecektir.)
 - h) Arızalı tüpler değiştirilecektir.
 - i) Tüpler ayrı tip olacak. (dikişsiz çelik tüp olacak)
5. Azot Protoksit tüplerinin dışı gri (RAL 7000) renkte, üst kısmında mavi renkli şerhidi olacaktır ve tüpün içindeki gaz cinsinin çevresel olarak tüp üzerine tüp tabanından 3/3'ü yüksekliğe ve standartta uygun şekilde yazılmalıdır.
 6. Azot protoksit tüp başının bir yanal yüzeyinde bulunması gereken işaretler:
 - a) Üretici firma amblemi.
 - b) Dikişsiz çelik tüplerin imalatı TS EN 9809-1,-2-3; 2011 işareti ve numarası
 - c) Seri numarası
 - d) Tüpün boş kütlesi (valf ve kapak hariç kg olacaktır.)
 - e) Tüpleri muayene yapan firma ve kuruluşun tescil damgası.

İsmail KAYA

