

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ ACİL BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN 1(BİR) KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ

25.10.2017

SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dt. Mustafa Alper ÜNAL  
Yönetici V.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	ALKOLMETRE	1	ADET		
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **27.10.2016 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 9 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİ.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ  
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184  
FAX: 0472 616 1168  
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

## ALKOLMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alkolmetre, açıldığı zaman ölçüm için üfleme yapılmak üzere hazır durumda olduğunu gösteren sesli ve görsel ikaz sistemine sahip olmalıdır.
2. Alkolmetre ölçüm için üfleminin yetersiz ve hatalı olduğunu gösteren sesli ve görsel ikaz sistemine sahip olmalıdır.
3. Alkolmetre en fazla 6 saniyelik bir üfleme sonucu doğru bir şekilde ölçüm yapabilmelidir.
4. Cihaz üfleminin hemen ardından kandaki alkol miktarının sonucunu en fazla 30 sn +- %10 içinde hiçbir müdahaleye gerek olmadan sonuca ulaşacak ve ekran üzerinde sayısal değer olarak gösterecektir. Ayrıca gece kullanım için ekran (display) ışıklı görünüm vermedilir.
5. Cihazın iki ölçüm arasında hazır hale gelmesi , 0,80 promil için en fazla 1 dk +- %20 sürede olmalıdır.
6. Alkolmetre kandaki alkol miktarını promil (W/V) olarak değerlendirmeli, display de bunu promil olarak göstermelidir.
7. Alkolmetre kandaki alkol konsantrasyonunu 0-4,00 promil arasında ölçebilmelidir.
8. Alkolmetre elektrokimyasal ölçme yöntemiyle çalışan sensörlü (fuel cell) teknolojide olmalıdır.
9. Alkolmetre alkol için seçici olmalı, boya ve diğer sanayilerde kullanılan çeşitli kimyasal çözücü buharlardan hatalı sonuç verecek düzeyde etkilenmemelidir.
10. Alkolmetre kalibrasyon ayar sıklığı 6 aydan aşağı olmamalıdır.
11. Alkolmetre sonuçları ölçümün hemen ardından yazıcıya yazdırılabilmelidir. Yazdırma işlemi otomatik olmalıdır.
12. Alkolmetre şarj edilebilir batarya ile çalışmalıdır. Cihaz ile birlikte batarya şarj cihazı verilmelidir.
13. Alkolmetre bataryanın şarjının azaldığını gösteren ikaz sistemine sahip olmalıdır
14. Alkolmetre nefesteki alkol miktarından kandaki alkol miktarına geçişte kullanılan dönüşüm oranı 2300:1 olmalıdır. 10 yıllık bir süre içerisinde u oranda ulusal veya uluslar arası bir değişiklik olur ise satıcı cihazdaki oran değişikliğini herhangi bir ücret talep etmeksizin yapmalıdır.
15. Cihaz elde kullanıma uygun olarak 600 cm<sup>3</sup> 'ü geçmemelidir. Ağırlığı en fazla 550 gram olacaktır.
16. Alkolmetre -5 C derece ile 40 C derece arası ortam sıcaklığında ve en az %30 - %90 bağıl nemde çalışabilmelidir.
17. Alkolmetre için Türkçe kullanım kitabı verilecektir.
18. Alkolmetre ile yazıcı arasındaki irtibat için kullanılan kablo en az 50 cm kadar uzayabilecek yapı ve özelliğe sahip olmalıdır.
19. Cihaz ile birlikte yapılan ölçümü kaydedecek yazıcı kağıdı bulunmalıdır.
20. Yazıcı mikro işlemci kontrollü olacaktır.

21. Kağıda baskı formatı Türkçe olarak programlanabilmelidir. Yazıcıdan çıkan kağıtta en az tarih, saat, test sayısı, ölçüm sonucu, görevli ve sürücü ismi, son kalibrasyon tarihi ve son kalibrasyon tarihi bulunmalıdır.
22. Yazıcı şarj edilebilir pilli olmalı ve alkolmetrenin şarj adaptörü ile şarj edilebilmelidir.
23. Alkolmetre en az 5000 adet testin sonucunu alkolmetre hafızasında saklayabilmelidir.
24. Alkolmetre ve cihazı için taşıma çantası verilmelidir.
25. Üfleme çubukları tek kullanımlık plastik malzemeden yapılmış olmalı ve her biri ayrı ambalajlanmalıdır.
26. Yüklenici garanti bitiminden itibaren ücretli olarak 10 yıl süreyle yedek parça sağlayacağını ve tamirini yapacağını garanti etmelidir.
27. Alkolmetre kağıdı alkolmetre cihazına uyumlu olmalıdır. Ürün için numune istenmektedir.