

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTENEMİZ ÇOCUK SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE SARI İNTRAKET(BRANÜL) ALIM İŞİ

25.10.2017

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dt. Mustafa Alper ÜNAL
Yönetici V.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)
1	SARI İNTRAKET (BARNÜL)	2.000	ADET		
	TOPLAM (KDV HARİÇ)				

NOTLAR

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **27.10.2017 CUMA GÜNÜ SAAT 15:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 8 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN 1 HAFTA İÇİNDE HASTANEMİZ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
- 9 NUMUNE ÜZERİNDE DEĞERLENDİRME OLACAĞINDAN COÇUK SERVİSİ SORUMLUSU MELEK HANIM LA İLETİŞİME GEÇİLMESİ RİCA OLUNUR

BRANÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kanül kısımları Virgin teflon (PTFE) den yapılmış olmalı
2. Kanül X-ray ışınlarına karşı radyopak özellik taşımalı
3. İğne ucunda hastada acı yaratmayacak şekilde sivri ve uygun kesimli olmalı, iğne üzerinde pürüzlenme olmamalı ışığa doğru tutulduğunda üzerinde lekelenme ve renk tonu farkı olmamalı olmamalı
4. Kanül kendi kendine kapanan enjeksiyon portlu olmalı, enjeksiyon portu kapaklı olmalı
5. Kanülün IV puşe yapılan enjeksiyon portu kapaga tam oturmalı, istemsiz açılmamalı
6. IV kanülün kapağı vidalı olmalı ve serum seti, kan seti step-cock ve vb. bağlantılarla uyumlu olmalı
7. Renk kısımları olmalı, çapları uluslararası standardına uygun olmalı
8. İğne plastik kalıta damara girerken çelik iğne ile uyumlu olmalı
9. Plastik kılıf, kaygan ve şeffaf olmalı, delik ya da çatlak olmamalı
10. Yapısı özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca girmeli damara girerken plastik kılıf bütülmemeli, geriye kıvrılmamalı
11. Plastik dış kılıf, sıyrılmaya riskine karşı konik formda olmalı ve kanül ucunun başlama noktasına kadar uzanmalı ve kanül kullanıma esnasında plastik kısım ciltten kolayca girebilmeli
12. Plastik dış kılıf, kolay ponksiyon için özel formunda ince çeperli yüksek akım hızlı teflondan olmalı,
13. Dış yüzey üzerinde radyopak çizgi olmalı
14. Kanül hidrofob ve transparan kan tutuculu olmalı
15. Kanül arkasında ayırılabilir luer lock kapakçık olmalı ve Luer lock koruyucu kapağının dış ucu kapalı olmalı
16. Sabit emenin çok rahat yapılabilmesi için, kanatların yumuşak, rahat, açılabilir ve iz bırakmayacak şekilde olmalı
17. Steril ambalaj paketlerinde olmalı
18. İntübe edilmiş ambalajın sterilitesi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı
19. Steril ambalaj depolama esnasında yırtılıp kırılmayacak materyalden olmalı
20. Kanül tek elle kullanılabilir yapıda dizayn edilmiş olmalı
21. Ambalaj üzerinde lot, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 4 yıl olmalıdır.
22. Numuneler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.

23- Numune getirmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır

Coack Servis
Servisli Hizmetleri
melek korg
