

**T. C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU**  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 524  
Konu : Mal Alımı Hk.

27/10/2017

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimiz Ameliyathane biriminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **3 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İş**i 4734 sayılı ihale Kanununun 22/f maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 30/10/2017 tarih ve saat **10:00'a** kadar 0472 215 34 22 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Op.Dr. Aykut BAŞER  
Hastane Yöneticisi

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DCP PLAK	ADET	2		
2	KİLİTLİ VİDA	ADET	10		
3	KİLİTLİZ VİDA	ADET	10		

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-**Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.**
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

## 5-ÖNKOL PLAKLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- PLAK SETİNDE 1/3 TÜBÜLER PLAK, 1/6 TÜBÜLER PLAK VE RADIUS/ULNA ŞAFT/KISALTMA/UZATMA PLAKLARI BULUNMALIDIR.
- PLAK ŞAFT KISIMLARINDA HEM KİLİTLİ HEM DE KİLİTSİZ VİDA ATMAYA ELVERİŞLİ COMBİHOLE ÖZELLİKTE LC DCP DELİKLER OLMALIDIR
- PLAKLARIN UÇ KISIMLARI MİNİMAL İNVAZİF İMPLANTASYONA İMKAN VERECEK ŞEKİLDE İNCELTİLMİŞ OLMALIDIR
- RADIUS/ULNA ŞAFT/KISALTMA/UZATMA PLAKLARININ KİLİTLİ VİDA DELİKLERİNE KORTİKAL VİDA DA ATILABİLMELİ, VİDA BAŞI TAM OLARAK DELİĞE OTURMALI, DIŞARIYA TAŞMAMALIDIR.
- PLAKLAR GRADE 5 KALİTE Tİ6AL4V ALAŞIMDAN İMAL EDİLMİŞ OLMALI İSTENDİĞİNDE TEST SERTİFİKASI SUNULMALIDIR.
- SETİN İÇERİSİNDE 3.5 KİLİTLİ VE KİLİTSİZ VİDALAR OLMALIDIR.
- ÇAKMA ÇIKARMA SETİ İÇERİSİNDE RUJIN ELAVETOR,PERIOST SIYIRICI,KEMİK KLEMPİ VE UYGUN PLAK BÜKÜCÜLER OLMALIDIR.

5.1 RADIUS/ULNA ŞAFT/KISALTMA/UZATMA PLAKLARI	TV1490
5.2 SEMİ-TUBULAR PLAK (1/3)	TV1610
5.3 3.5MM KİLİTSİZ KORTİKAL VİDA	TV1030
5.4 3.5MM KİLİTLİ KORTİKAL VİDA	TV117

**Op. Dr. Abbas KAYA**  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 141746  
Ağrı Devlet Hastanesi