

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ KADIN DOĞUM BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ

31.10.2017

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dr. Mustafa Alper ÜNAL

Yönetici

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	BÜYÜK BOY LEEP EKSİZYON LOOP ELEKTRODU	3			
2	ORTA BOY LEEP EKSİZYON LOOP ELEKTRODU	3			
3	X-BÜYÜK BOY LEEP EKSİZYON LOOP ELEKTRODU	3			
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **02.11.2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- 8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 9 TEKLİFE ÇIKILAN MALZEMELER EN GEÇ 1 HAFTA İÇERİSİNDE HASTANE SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİDİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAIL: patnosdh@hotmail.com

TEKNİK ŞARTNAMESLER

BÜYÜK BOY LEEP EKŞİZYON LOOP ELEKTRODU

1. Elektrod Transformasyon bölgesinin Loop Eksizyonu için kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Elektrodun genişliği 20 mm, derinliği 12 mm olmalıdır.
3. Elektrod Beyaz renk kodlu olmalıdır.
4. Elektrodun kesici kısmı 0.2mm çapında Tungsten telden mamül olmalıdır.
5. Uç kısmı cerraha daha iyi görüntü sağlamak amacı ile Y şeklinde olmalıdır
6. Elektrodun kesme derinliğini ayarlayabilmek için şeffaf plastikten özel bir "T" adaptörü olmalıdır.Kesme derinliğini gösteren işaretler 2-10 mm arasında 2 mm.lik aralıklarla elektrod gövdesinde bulunmalıdır.
7. Elektrod standart 3/32" elektrokoter kalemine uygun olmalıdır.
8. Elektrod steril poşet içinde tek kullanımlık olmalıdır.

ORTA BOY LEEP EKŞİZYON LOOP ELEKTRODU

1. Elektrod Transformasyon bölgesinin Loop Eksizyonu için kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Elektrodun genişliği 15 mm, derinliği 12 mm olmalıdır.
3. Elektrod Yeşil renk kodlu olmalıdır.
4. Elektrodun kesici kısmı 0.2 mm çapında Tungsten telden mamül olmalıdır.
5. Uç kısmı cerraha daha iyi görüntü sağlamak amacı ile Y şeklinde olmalıdır
6. Elektrodun kesme derinliğini ayarlayabilmek için şeffaf plastikten özel bir "T" adaptörü olmalıdır.Kesme derinliğini gösteren işaretler 2-10 mm arasında 2 mm.lik aralıklarla elektrod gövdesinde bulunmalıdır.
7. Elektrod standart 3/32" elektrokoter kalemine uygun olmalıdır.
8. Elektrod steril poşet içinde tek kullanımlık olmalıdır.

X-BÜYÜK BOY LEEP EKŞİZYON LOOP ELEKTRODU

1. Elektrod Transformasyon bölgesinin Loop Eksizyonu için kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Elektrodun genişliği 20 mm, derinliği 15 mm olmalıdır.
3. Elektrod Mavi renk kodlu olmalıdır.
4. Elektrodun kesici kısmı 0.2 mm çapında Tungsten telden mamül olmalıdır.
5. Uç kısmı cerraha daha iyi görüntü sağlamak amacı ile Y şeklinde olmalıdır
6. Elektrodun kesme derinliğini ayarlayabilmek için şeffaf plastikten özel bir "T" adaptörü olmalıdır. Kesme derinliğini gösteren işaretler 2-10 mm arasında 2 mm.lik aralıklarla elektrod gövdesinde bulunmalıdır.
7. Elektrod standart 3/32" elektrokoter kalemine uygun olmalıdır.
8. Elektrod steril poşet içinde tek kullanımlık olmalıdır.

Uzm. Dr. Emine UMDE ÇELİK

Op. Dr. Emine UMİDE ÇELİK
Dip. Tes. No: 162005
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı
Fatma Devlet Hastanesi