

T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ FİZİK TEDAVİ BİRİMİ İÇİN MALZEME ALIMİ** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 09/11/2017 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	PARAFİN KAZANI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 54 47
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

DT alınması

DOÇ DR. YASAR ERYILMAZ DOĞUBEYAZIT DEVLET HASTANESİ

PARAFİN SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 adet)

1. Cihaz kesilen dokuların gerdirilmesini ve kurutulması için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Cihazın kapasitesi en az yaklaşık 14 lt olmalıdır.
3. Yüksek dokulara kolayca ulaşmak ve net olarak görmek için cihazın iç yüzeyi yansısız siyah renkli olmalıdır.
4. Cihazın sıcaklığı 75 °C kadar ayarlanabilir olmalıdır.
5. Cihazda tam otomatik dijital göstergeli termostatik ısı kontrolü mevcut olup, devamlı olarak gerçek ısıyı göstermelidir.
6. Cihaz üzerinde dokunmatik açma-kapama düğmesi olmalıdır.
7. Cihaz üzerinde otomatik koruma devreleri bulunmalıdır.
8. Cihazın kablosu topraklı ve 2,5 m uzunluğunda olmalıdır.
9. Cihaz ithal malı olmalıdır.
10. Cihazı satan firmanın Türkiye'de satışa yetkili olduğunu gösteren noter onaylı mümessillik belgesini teklifle birlikte vermelidir.
11. Üretici ve ithalatçı firmalar cihaz için, fabrikasyon /imalat hatalarına karşı 1 yıl ücretsiz, yedek parça ve servis için en az 10 yıl ücret mukabilinde hizmet vermeyi garanti ve taahhüt etmelidir.
12. Teklif veren firma, teknik servis için Türk Standartları Enstitüsünden alınmış Teknik servis yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
13. Teklif veren firma cihazı kullanan en az beş laboratuardan alınan teknik servis yeterlilik belgesini (telefon ve yetkili kişi adı belirtilerek) teklifle birlikte vermelidir.
14. Firmalar, teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sadettin Küçüköçmen

Sadettin Küçüköçmen

frp@teqirt.

Mehmet Asut
frp@teqirt