

766

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **10/0 NAYLON SÜTÜR ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 23/11/2017 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	10/0 NAYLON SÜTÜR	ADET	30		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

Agri Yolu üzeri 5.km Dogubayazit / AGRI DOGUBAYAZIT AGRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

10.0 NAYLON SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İĞNELER DİKİŞ SÜRESİNCE DOKUDAN RAHAT GEÇME ÖZELLİĞİNİ YİTİRMEMELİ, DOKUDAN KOLAYLIKLA VE MİNİMUM TRAVMAYLA DEFORME OLMADAN GEÇEBİLMELİDİR.
2. NYLON BLACK MONO OLMALIDIR.
3. SPATÜL ÇİFT İĞNELİ OLMALIDIR.
4. İĞNE UZUNLUĞU en az 6.00 mm OLMALIDIR.
5. İĞNE ÇAPI en az 0.14mm ,3/8 DAİRE OLMALIDIR.
6. SÜTÜR 30 cm UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.
7. TEK TEK STERİL PAKTLERDE OLMALIDIR.

Dr. Dr. Yasir Ayhan
Dokuz Eylül Üniversitesi
Op. Dr. Alihan Ayhan
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi