

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU TIBBİ SARF ÜRÜNLERİ MALZEME ALIM TALEBİ

23.11.2017

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dt. Mustafa Alper ÜNAL
Yönetici V.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİC)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİC)
1	EPİDURAL SET	50	ADET		
2	KOMBİNE SPİNAL-EPİDURAL SET	50	ADET		
TOPLAM					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **24.11.2017 CUMA GÜNÜ SAAT 15:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARİC TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 8 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLMELİ

KOMBİNE SPİNAL-EPİDURAL SET(NO:18) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Patnos Devlet hastanesi ameliyathanede kullanmak üzere alınacak olan kombine spinal- epidural set teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Set içindeki spinal kanül, 27 G kalınlığında kalem uçlu ve epidural iğneden geçişi sırasında metal sürtünmeyi engelleyici şekilde kaplı olmalıdır.
- 2.2. Spinal kanül epidural iğneden en az 16 mm dışarı çıkmalıdır.
- 2.3. Set içinde epidural kanül, 18 G kalınlığında Toughy bileyli olmalıdır.
- 2.4. Epidural katater, polamid, radyopak olmalıdır.
- 2.5. Epidural katater, dura veya damara girildiğini ayırt edecek düzeyde şeffaf olmalıdır.
- 2.6. Epidural kanül, spinal kanülün direkt geçebileceği bir deliğe sahip olmalıdır.
- 2.7. Epidural kataterin uç 5 mm'lik kısmı dura travmatizasyonu önlemek amacıyla özel yumuşak materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- 2.8. Epidural kateter en az 90 ±10 cm uzunluğunda, 20-21 G çapında ve uzunluk işaretli ve yandan 3 delikli olmalıdır.
- 2.9. Epidural katater üzerinde, kataterin rahat yerleşmesini sağlayan ara parça olmalıdır.
- 2.10. Spinal kanül, epidural katatere kitlenebilir olmalıdır.
- 2.11. Set içinde LOR enjektörü ile 7 bar basınca dayanıklı epidural yassı filter bulunmalıdır.
- 2.12. Set içinde epidural filtreyi cilde tespit için palet olmalıdır.
- 2.13. Katater konnektörü, lateksiz, ergonomik ,kolay kullanıma ve güvenli konneksiyonlu olmalıdır.
- 2.14. Katater, katater konnektörü için uzunluk işaretli olmalıdır.
- 2.15. Set içinde basınca dayanıklı epidural yassı filter olmalıdır.
- 2.16. Ambalaj üzerinde son kullanıma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
- 2.17. Uluslararası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirlenmelidir.
- 2.18. İhaleyi alan firma uygunluk için bir (1) adet nümune getirilecektir

Patnos Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. İsmail KURBAN KULAK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Dip. Tes. No: 154879

EPİDURAL SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU

T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Patnos Devlet hastanesi ameliyathanede kullanmak üzere alınacak olan epidural set teknik şartnamesidir.

2.TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Kanül,atraumatik touhy bileyli,1.3 mm (18G) çapında,en az 80 mm uzunluğunda olmalıdır.
- 2.2.İğne üzerinde 1'er cm'lik uzunluk işaretleri olmalıdır..
- 2.3. Kanül,seffaf kilit bağlantılı ve renk kodlu mandrene sahip olmalıdır.
- 2.4.Epidural katater,dura veya damara girildiğini ayırt edecek düzeyde şeffaf olmalıdır.
- 2.5. Epidural katater,iç katman kataterin takılışını kolaylaştıracak şekilde sert poliamid,dışkısmı vücut sıcaklığında yumuşayan böylece kateterin atraumatik olmasını sağlayacak şekilde polyüretan materyalinden mamül iki katmanlı olmalıdır.
- 2.6.Katater,3 adet radoopak çizgiye sahip olmalı ve kataterin rahat yerleştirilebilmesi için yardımcı parçalı bulunmalıdır.
- 2.7.Epidural kateterin 4 cm uzunluğunda inceltilmiş fleksibl yumuşak,konikleştirilmiş ucu damar ve dura perforasyonuna engel olacak dizaynda olmalıdır.
- 2.8. Epidural kateter en az 90 ± 10 cm uzunluğunda,20-21 G çapında ve uzunluk işaretli olmalıdır.
- 2.9. Epidural katater,anestezik maddenin yayılımını iyi sağlayacak yandan 3-6 mikro delikli ve ucu kapalı olmalıdır.
- 2.10. Katater konnektörü,lateksiz,ergonomic ,kolay kullanıma ve güvenli konniksiyonlu olmalıdır.
- 2.11.Katater,katater konnektörü için uzunluk işaretli olmalıdır.
- 2.12.Set içinde basınca dayanıklı epidural yassı filter olmalıdır.
- 2.13.Ambalaj üzerinde son kullanıma tarihi,lot no,ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
- 2.14. Uluslararası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirlenmelidir.
- 2.15.İhaleyi alan firma uygunluk için bir (1) adet nümune getirilecektir

Patnos Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. İskender KAYKULAK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Dip. T. No: 754879