



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Başhekimliği



KONU : Teklife Davet

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İH SATIN ALMA BİRİMİ

28/11/2017 13:49 - 36472700-774 01 01-496



00057433007

28.11.2017

Teklif Davet

Kurumumuz Diyaliz servisinde mevcut olan su sistemlerin bakım onarım ve yedek parça hizmet işi için Malzeme alımı 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konusu hizmet için KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 01.12.2017 tarih ve saat 15,00 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faks / eleskirdh04@hotmail.com mal adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İş Müdürü

Sıra No		Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	AKTİF KARBON	50	Adet		
2	ULTRAVİYOLE VE SAYAÇLI BALANS	1	Adet		

EKİ TEKNİK ŞARTNAME : 1 SAYFA

Firma/ Kurum
Kaşe / İmza

- İdarenizce doğrudan temin usulü ile 01.12.2017 tarihinde saat 15.00 da Su Sistemi bakım onarım yedek parça Malzeme alım işine ait dökümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı , silinti veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifler en geç 01.12.2017. GÜNÜ SAAT 15.00. kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..
- Teklif Fiyatına işin sigortası, nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.
- Teklifler (Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç ve olacaktır.
- Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- .Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin asıllarda İdareміz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- Teklifleri ile birlikte numune veya Katalog istenilmesi halinde numunesi veya katalogu olmayanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- .Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

TEL. : 0 472 711 41 42 / DAH.1114

FAKS. 0 472 711 49 63

E.Mail : eleskirdh04@hotmail.com

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
SU SİSTEMLERİ BAKIM ONRİM YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ



UV LAMBASI

1. UV lambasının balansı Sayaçlı Balast olmalıdır.ve mevcut sisteme uygun olmalıdır.
2. UV lamba ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
3. Uv lambası su sterilizasyonu yapabilme özelliği olmalı.
4. UV dalgaları üreten lamba dezenfeksiyon sistemi bakteri protoza virüs, ve küf etkenleri etkisiz hale getirebilme özelliği olmalı
5. Uv lambası olan mevcut sisteme uyumlu olmalı
6. UV yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Daha sonra U.V den dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
7. Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 İSO 9001-2008 İSO 14001-2004 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır.
8. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
9. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

AKTİF KARBON FİLTRESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Sudaki koku ve tat bileşikleri ile çözülmüş organik maddeleri tutma özelliğine sahiptir
2. Kömür bazlıdır
3. Yüksek gözenekliliğe sahiptir
4. Granül formunda olacaktır
5. Yüzey alanı en az 1000 m²/g olacaktır
6. Iodine numarası en az 900 mg/g dır
7. en az % 90 1 8*30 ASTM olacaktır.
8. Aktif karbon yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra aktif karbondan dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
9. Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 İSO 9001-2008 İSO 14001-2004 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
10. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
11. Yüklenici Firma teklifi ile birlikte istenilen kalite belgelerini kurum tarafına gönderecektir.
12. Yüklenici firma aktif karbonu değiştireceğine dair teklifi ile birlikte taahhüt verecektir.

M.Nuri ÇETİN
Sorm. Diyaliz Hemşiresi

Kübra ERGÜN
Diyaliz Hemşiresi