

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 612
Konu : Malzeme Alımı Hk.

29/11/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 01/12/2017 tarih ve saat 17:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma@agridh.gov.tr adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Aykut BAŞER
Hastane Yöneticisi

| Sıra No | Malzemenin Adı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---------|--|--------|--------|-------------|--------------|
| 1 | HASTA BAŞI MONİTÖRÜ İÇİN EKG KABLOSU | ADET | 5 | | |
| 2 | HASTA BAŞI MONİTÖRÜ İÇİN MANŞET (NIBP) | ADET | 5 | | |
| 3 | HASTA BAŞI MONİTÖRÜ İÇİN SPO2 PROBU | ADET | 5 | | |
| | | | TOPLAM | | |

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

MANŞON (NIBP) ÖZELLİKLERİ

- 1- MANŞON PETAŞ KMA 900 VE EDAN İM 70 MARKA MONİTÖRLERE UYGUN OLMALIDIR.
- 2- TEK HORTUMLU OLMALIDIR.
- 3- MANŞONLUY ÇAPI 25-36 CM ARASINDA OLMALIDIR.
- 4- MANŞON ANTİALLERJİK POLYESTERDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- 5- MANŞON CIRT İLE YAPIŞTIRILACAK METAL OLMAYACAKTIR.
- 6- SÜREKLİ KULLANIMDAN DOLAYI MANŞET YEDEKLERİ EN AZ 5 ADET OLMALIDIR.
- 7- MANŞONUN ORJİNAL OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ MUTLAKA OLMALIDIR.
- 8- BELGELER CİHAZIN ÜRETİCİ FİRMASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLMALIDIR.
- 9- EN AZ 6 AY GARANTİ SÜRESİ OLMALIDIR.

Uz. Dr. Emrah ERDOĞAN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tesc. No: 120653
Ağrı Devlet Hastanesi

Bemra SAKITO
Koroneryol Uzmanı
Merumlu Hastanesi
Ağrı Devlet Hastanesi

EKG KABLO ÖZELLİKLERİ

- 1-EKG KABLOSU PETAŞ KMA 900 VE EDAN İM70 MARKA MONİTÖRLER İLE UYUMLU VE 5 UÇLU OLMALIDIR.
- 2-KABLO MONİTÖRE GİREN ANA GÖVDE VE GÖVDEYE TAKILIP ÇIKARILABİLEN LEADLERDEN OLUŞMALIDIR.
- 3-LEADLER MANDAL UÇLU OLMALIDIR.MANDAL UÇLARIN ÜZERİNDE VE DIN KONNEKTÖR ÜZERİNDE MUTLAKA RENK KODLARINI GÖSTEREN HARFLER OLMALIDIR.
- 4- KABLONUN GÖVDESİNDE RENK KODLARI BELİRTİLMELİDİR.
- 5-KABLONUN TÜRÜMÜ PLASTİK OLMALI GÖVDE DE HİÇBİR ŞEKİLDE VİDA BULUNMAMALIDIR.
- 6-EKG KABLOLARININ SIK KULLANIMINDAN DOLAYI EN AZ 5 ADET YEDEĞİ OLMALIDIR.
- 7-EKG KABLOLARININ ORJİNAL OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ MUTLAKA OLMALIDIR.
- 8- BELGELER CİHAZIN ÜRETİCİ FİRMASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLMALIDIR.
- 9-EN AZ 6 AY GARANTİ SÜRESİ OLMALIDIR.

Uz. Dr. Emrah ERDOĞAN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tesp. No: 120653
Ağrı Devlet Hastanesi

Senra SAKTO
Koroner B.S.Ü.
Serumlu Hemşireler
Ağrı Devlet Hastanesi

SPO2 PROBU ÖZELLİKLERİ

- 1-SPO2 PROBU PETAŞ KMA 900 VE EDAN İM70 MARKA MONİTÖRLERE UYUMLU OLMALIDIR.
- 2-SPO2 PROBU 90 CM BOYUNDA OLMALIDIR.
- 3-PROBUN SİLİKON KISMI HASTA PARMAGINI SIKMAMALI VE RAHATSIZ ETMEMELİDİR.
- 4-SPO2 ARA BAĞLANTI KABLOSU İLE PROP TEK PARÇA OLMALIDIR.
- 5-SPO2 PROPLARININ SIK KULLANIMDAN DOLAYI EN AZ 5 ADET YEDEĞİ OLMALIDIR.
- 6-SPO2 PROPLARININ ORJİNAL OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ MUTLAKA OLMALIDIR.
- 7- BELGELER CİHAZIN ÜRETİCİ FİRMASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLMALIDIR.
- 8-EN AZ 6 AY GARANTİ SÜRESİ OLMALIDIR.

Uz. Dr. Emrah ERDOĞAN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tesc. No: 120653
Ağrı Devlet Hastanesi

Semra ŞANTO
Koroner Y.B.D.
Sorumlu Hemşire
Ağrı Devlet Hastanesi