

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/615
Konu : Mal Alımı Hk.

30/11/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimize başvuran Sehernaz AYDEMİR isimli hastaya kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **4 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İşi** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/f maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 04/12/2017 tarih ve saat 09:00'a kadar 0472 215 34 22 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Op. Dr. Aykut BAŞER
Hastane Yöneticisi

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	PFN ÇİVİSİ	ADET	1		
2	LAG VİDASI	ADET	2		
3	KİTLEME VİDASI	ADET	2		
4	TEPE VİDASI	ADET	1		

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Ahmlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

. TİTANİUM PROKSİMAL FEMORAL ÇİVİ

GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1. Femoral kanala proksimalden çakılmaya uygun olup titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Trokar majörden küçük insizyonla girişi sağlayan açılı bir gövdeye sahip olmalıdır.
3. Kemik kaybını en aza indirgeyen proksimal çap en fazla 16-17 mm olmalıdır. Diafiz çapı minimum 10,11,12mm çap seçeneklerinde olmak üzere seçenekli olmalıdır.
4. 4-6° anatomik açılı titanyum gövdeye sahip olmalıdır.
5. Çivinin hem uzun hemde kısa boylarının distal ve proximal kilitlemek için guide seçeneği olmalıdır.
6. Proksimalde boyuna doğru gönderilecek 1 veya 2 vida bulunmalıdır.
7. Distal vidalar en az 4.5 mm çapa sahip olmalı ve 5 mm aralıklı uzunluklara sahip olmalıdır.
8. Distal vidalar self drilling ve self tapping olmalı, önceden delmek gerekmeden direkt vida gönderilebilmelidir.
9. Farklı boylarda tepe vidası ile çivinin üst kısmı kapatılabilmelidir
10. Çivinin distalinde en az iki delik bulunmalı ve hem dinamik hem statik kilitlenebilmelidir.

27.1 PFN ÇİVİSİ

TV 5340 1 ADET

27.2 PROKSİMAL KİLİTLEME VİDASI

TV 5460 2 ADET

27.3 DİSTAL KİLİTLEME VİDASI

TV 5500 2 ADET

27.4 TEPE VİDASI

TV 5380 1 ADET

Op. Dr. Mustafa KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Teş. No: 147746
Ağrı Devlet Hastanesi

Op. Dr. Abbas KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Teş. No: 147746
Ağrı Devlet Hastanesi

Op. Dr. Selim SAFALI
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Teş. No: 147746
Ağrı Devlet Hastanesi