

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 625  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

05/12/2017

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 6 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 07/12/2017 tarih ve saat 17:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Aykut BAŞER  
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ PETAŞ KMA 900 (3 ADET İÇİN) EKG KABLOSU	ADET	4		
2	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ PETAŞ KMA 900 (3 ADET İÇİN) SPO2 PROBU	ADET	4		
3	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ PETAŞ KMA 900 (3 ADET İÇİN) MANŞON (NIBP)	ADET	6		
4	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EDAN İM70 (1 ADET İÇİN) EKG KABLOSU	ADET	1		
5	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EDAN İM70 (1 ADET İÇİN) SPO2 PROBU	ADET	1		
6	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EDAN İM70 (1 ADET İÇİN) MANŞON (NIBP)	ADET	2		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

## MANŞON (NIBP) ÖZELLİKLERİ

- 1-MANŞON PETAŞ KMA 900 (3 ADET) VE EDAN İM70(1 ADET) MARKA MONİTÖRLERE UYGUN OLMALIDIR.
- 2-TEK HORTUMLU OLMALIDIR.
- 3- MANŞON ÇAPI 25-36 CM ARASINDA OLMALIDIR.
- 4- MANŞON ANTİALLERJİK POLYESTERDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- 5- MANŞON CIRT İLE YAPIŞTIRILACAK METAL OLMAYACAKTIR.
- 6- MANŞONUN ORJİNAL OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ MUTLAKA OLMALIDIR.
- 7- BELGELER CİHAZIN ÜRETİCİ FİRMASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLMALIDIR.
- 8-EN AZ 6 AY GARANTİ SÜRESİ OLMALIDIR.

Uz. Dr. Emrah ERDOĞAN  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. Tesc. No: 120653  
Ağrı Devlet Hastanesi

Semra SAKTO  
Koroner Y.A.D.  
Sorumlu Hemşire  
Ağrı Devlet Hastanesi

## SPO2 PROBU ÖZELLİKLERİ

- 1-SPO2 PROBU PETAŞ KMA 900(3 ADET) VE EDAN İM70(1 ADET) MARKA MONİTÖRLERE UYUMLU OLMALIDIR.
- 2-SPO2 PROBU 90 CM BOYUNDA OLMALIDIR.
- 3-PROBUN SİLİKON KISMI HASTA PARMAĞINI SIKMAMALI VE RAHATSIZ ETMEMELİDİR.
- 4-SPO2 ARA BAĞLANTI KABLOSU İLE PROP TEK PARÇA OLMALIDIR.
- 5-SPO2 PROPLARININ ORJİNAL OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ MUTLAKA OLMALIDIR.
- 6- BELGELER CİHAZIN ÜRETİCİ FİRMASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLMALIDIR.
- 7-EN AZ 6 AY GARANTİ SÜRESİ OLMALIDIR.

Uz. Dr. Emrah ERDOĞAN  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. Tesc. No: 120653  
Ağrı Devlet Hastanesi

Semra SAKO  
Koroner Y.B.D.  
Sorumlu Hemşire  
Ağrı Devlet Hastanesi

## EKG KABLO ÖZELLİKLERİ

- 1-EKG KABLOSU PETAŞ KMA 900 (3 ADET )VE EDAN İM70(1 ADET) MARKA MONİTÖRLER İLE UYUMLU VE 5 UÇLU OLMALIDIR.
- 2-KABLO MONİTÖRE GİREN ANA GÖVDE VE GÖVDEYE TAKILIP ÇIKARILABİLEN LEADLERDEN OLUŞMALIDIR.
- 3-LEADLER MANDAL UÇLU OLMALIDIR.MANDAL UÇLARIN ÜZERİNDE VE DIN KONNEKTÖR ÜZERİNDE MUTLAKA RENK KODLARINI GÖSTEREN HARFLER OLMALIDIR.
- 4- KABLONUN GÖVDESİNDE RENK KODLARI BELİRTİLMELİDİR.
- 5-KABLONUN TÜMÜ PLASTİK OLMALI GÖVDE DE HİÇBİR ŞEKİLDE VİDA BULUNMAMALIDIR.
- 6-EKG KABLONUNUN ORJİNAL OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ MUTLAKA OLMALIDIR.
- 7- BELGELER CİHAZIN ÜRETİCİ FİRMASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLMALIDIR.
- 8-EN AZ 6 AY GARANTİ SÜRESİ OLMALIDIR.

Uz. Dr. Emrah ERDOĞAN  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No. 120653  
Ağrı Devlet Hastanesi

Semra SAKO  
Koroner Y. B. U.  
Barunlu Hemşiresi  
Ağrı Devlet Hastanesi