

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi


06.12.2017

KONU HASTANEMİZ SOLUNUM FONKSİYON TEST CİHAZI YEDEK PARÇA HİZMET ALIM İŞİ

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Dt. Mustafa Alper ÜNAL
Yönetici V.


TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	KONNEKTÖR	1	ADET		
2	HOLDER	1	ADET		
3	BAĞLANTI KABLOSU (CİHAZ İLE HOLDER ARASI)	1	ADET		
4	TÜRBÜN	1	ADET		
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **08.12.2017 CUMA GÜNÜ SAAT 15:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 8 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

SPIROMETRE KABLOSU

- MİR marka solunum fonksiyon test cihazına uyumlu olmalıdır.
- Kablo ile birlikte seri girişe uyumlu adaptör verilmelidir.
- Bu kablo ile cihaz bilgisayara bağlanarak on-line test yapılmalıdır.

Hand A6k
JH

SFT PARÇALARIN TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRBİN HOLDER ŞARTNAME

- MIR marka sohumun fonksiyon test cihazına uyumlu olmalıdır.
- Reusable ve disposable türbin takılabilmelidir.
- Flat tip olmalıdır.

Ürün Resmi:



Hand A6K
J. J. J.

TÜRBİN ŞARTNAME

- MIR marka Spirolab model solunum fonksiyon test cihazlarına uyumlu olmalıdır.
- Türbin inspirasyon ve ekspirasyona göre iki yönlü ölçüm yapabilmelidir
- Sterilizasyon sıvıları ile steril edilebilmelidir.
- Ölçüm aralığı 0-16 litre arasında olmalıdır.

Hud Ak
Ölçüm