

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 645
Konu : Malzeme Alımı Hk.

14/12/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 18/12/2017 tarih ve saat 10:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Aykut BAŞER
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	-80 DERİN DONDURUCU	ADET	1		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-**Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.**
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Ağrı Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarına 1 Adet -80 derin dondurucu dolap için cihaz teknik şartnamesidir.

1. Cihaz ISO ve CE standartlarına uygun olmalıdır.
2. Cihaz dik tip, tek kapılı olmalıdır.
3. Bir adet dış, en az 4 adet iç kapısı ve en az 4 rafı olmalıdır.
4. Cihazın hacmi 400 litre olmalıdır.
5. Cihaz -80 C ve daha soğuk sıcaklıklara ayarlanabilmelidir.
6. Cihaza 1C hassasiyetle ayarlama yapılabilmelidir.
7. Cihaz kontrollü, dokunmatik tuşlardan oluşan kontrol paneli üst kısımda bulunmalı ve dijital ekrana sahip olmalı, ethernet bağlantısı ile uzaktan takip alt yapısına sahip olmalıdır.
8. Cihazın kapı kilidi ve (En az 2 anahtar) olmalıdır.
9. Cihazın sıcaklık, güç kesintisi için sesli ve ışıklı alarmları olmalıdır.
10. Güç kesintisi durumunda cihaza en az 1 saat enerji sağlayabilecek kapasitede güç kaynağı ücretsiz olarak firma tarafından sağlanacaktır.
11. Cihaz ayarlanan sıcaklık aralığı dışında alarm vermelidir.
12. Flash disk ile cihazın USB çıkışından geriye dönük altı aylık veri (Sıcaklık takibi, güç kesintileri vs), bilgisayara yüklenebilmeli ve verilerin çıktıkları alınabilmelidir.
13. Cihaz göstergesinde arıza kodlarını göstermelidir.
14. Cihazın çalışan hermetik tipte kompresörü olmalıdır.
15. Cihazın içi paslanmaz çelik olmalı, laboratuvar hijyen şartlarına uygun olmalıdır.
16. Cihazın soğutma ünitesinde CFC içermeyen gaz kullanılmış olmalıdır.
17. Cihazın izolasyon kalınlığı en az 120 mm olmalıdır.
18. Cihazın ısı izolasyonu sertleştirilmiş poliüretan köpük olmalı ve vakum izolasyon panel sistemi kullanılmış olmalıdır.
19. Cihaz çalışırken ses seviyesi 55 db (A) in altında olmalıdır.
20. Cihazın döner tekerlekleri olmalıdır.
21. Cihaz kapısında kolay kapanmayı sağlayan ve sızdırmazlık için conta olmalıdır.
22. Cihazın kapı açık alarmı olmalıdır. Alarm sesini kapatmak için "buzzer " tuşu özelliği olmalıdır.
23. Cihaz tek fazlı 50/60 Hz ve 220/240 V'da şebeke cereyanı ile çalışabilmelidir.

Uz. Dr. Barış PERSİL
Mühür
Ağrı Devlet Hastanesi

Ağrı Devlet Hastanesi
Dr. Barış PERSİL
Tıbbi Biyokimya Uzm.
Dip. Tescil No: 126363

B. EĞİTİM DÖKÜMENTASYON ŞARTLARI

1. Yüklenici, satışını teklif ettiği cihaz teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren tanıtım broşürünü veya kitap/kitapçığını teklif dosyasına eklemek zorundadır. Başka bir dilde sunulan dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.
2. Yüklenici, kurumun belirleyeceği elemanları, cihazın tüm fonksiyonlarını kusursuz bir şekilde kullanabilir ve aynı zamanda bakımını yapabilir kullanıcı olarak ücretsiz eğitmekle yükümlüdür. Söz konusu bu eğitimler tamamlanmadan satın alma süreci bitmiş sayılmaz.
3. Yüklenici, cihazın periyodik bakım ve kalibrasyon işlemlerinin hangi koşullarda, hangi sıklıkla tekrarlanması gerektiğini, bu işlemler için ne gibi teçhizata (cihaz, alet, kalibrasyon kiti, vb) gerek olduğunu bu teçhizatın temin edilebileceği en az bir firmanın adını, açık adresini, ve telefon numarasını belirtmek zorundadır.

C. TESLİMAT VE GARANTİ ŞARTLARI

1. Yüklenici, cihazı, kurum tarafından istenilen yere ücretsiz monte etmekle, montaj için her türlü düzenlemeyi sağlamakla yükümlüdür. Cihazın nakliye ve montajı sırasında, ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve onarmakla yükümlüdür.
2. Yüklenici, cihazı monte ettikten ve kullanıma hazır hale getirdikten sonra son kabul ve fonksiyon testlerini yapmalı, bu testler sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı ve testlere ilişkin masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır. Yüklenici firma bu testlere ait bir rapor hazırlayıp, kuruma teslim etmelidir.
3. Cihaz, hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce "demo" amaçlı olarak kullanılmış cihaz teslim alınmaz.
4. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl ücretsiz ve takip eden 10 (on) yıl için ücreti karşılığında yedek parça ve teknik servis garantisi olmalıdır.
5. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
6. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Cihazın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir cihazı kurumun kullanımına tahsis etmek zorundadır.
7. Cihazın kuruma teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde, aynı arızanın 3 ve daha fazla sayıda tekrarlanması, farklı

Uz. Dr. Mustafa BİLUT
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. No: 119339
Ağrı Devlet Hastanesi

Ağrı Devlet Hastanesi
Dr. Barış PERSİL
Tıbbi Biyokimya Uzm.
Dip. Tescil No 126363

tipteki arızaların 4 ve daha fazla sayıda meydana gelmesi, belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 8 ve daha fazla sayıda olması ve bu arızaların cihazdan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici, cihazı eşdeğer veya daha üstün özelliklere sahip yeni bir cihazla değiştirmekle yükümlüdür.

8. Ücretsiz garanti süresi içerisinde yılda en az 1 defa olmak üzere yüklenici tarafından cihazın periyodik bakımları yapılacak, verilen bu hizmet karşılığında kurumdan işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmeyecektir.
9. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka her hangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
10. Bu teknik şartname 3 sayfadan oluşmaktadır.

Uz. Dr. Barış PERSİL
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. No: 126363
Ağrı Devlet Hastanesi

Ağrı Devlet Hastanesi
Dr. Barış PERSİL
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Dip. Tesit No: 126363