

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/655
Konu : Mal Alımı Hk.

19/12/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimize başvuran Aysel ÇETİN isimli hastaya kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **3 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İşi** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/f maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/12/2017 tarih ve saat **10:00'a** kadar 0472 215 34 22 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	RADİUS VOLAR PLAK	ADET	1		
2	KİLİTLİ VİDA	ADET	8		
3	KİLİTSİZ VİDA	ADET	4		

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

-EL BİLEĞİ BÖLGESİ PLAKLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- PLAK SETİNDE DİSTAL RADIUS KIRIKLARI İÇİN DORSAL VE VOLAR PLAKLAR BULUNMALIDIR
- DORSAL RADIUS PLAKLAR Y VE L SECENEKLERİNİ İÇERMELİİR.
- PLAKLARIN DİSTAL BÖLGELERİNDE 2.3 VEYA 2.4 VE 2.7 KİLİTLİ VİDA ATMAYA ELVERİŞLİ DELİKLER BULUNMALIDIR. ŞAFT BÖLGESİNDE KİLİTLİ VE KİLİTSİZ 3.5 VİDA ATMAYA ELVERİŞLİ OLMALIDIR.
- PLAKLARIN ŞAFT BÖLGESİNDE EN AZ 1 ADET COMBİHOLE DELİK BULUNMALI VE VİDA ATARKEN KOMPRESYON YAPMAYA İMKÂN VERMELİDİR.
- PLAKLARIN DİSTAL BÖLGESİ TAM ANATOMİK OLARAK BÜKÜLMÜŞ OLMALIDIR.
- PLAKLARIN DİSTALİNDE EN AZ 6 VİDA DELİĞİ BULUNMALIDIR.
- VOLAR PLAKLARIN ŞAFTLARI ANATOMİK BUKUME SAHİP OLMALIDIR.
- VOLAR PLAKLARDA STYLOİDE VİDA GÖNDERİLEBİLECEK 2 ADET VİDA DELİĞİ BULUNMALIDIR.
- VOLAR PLAK ŞAFTINDA 3, 5, 7 DELİKLİ OLMAK ÜZERE EN AZ 3 BOY SEÇENEĞİ OLMALIDIR.
- PLAKLARIN UÇ KISIMLARI MİNİMAL İNVAZİF İMPLANTASYONA İMKAN VERECEK ŞEKİLDE İNCELTİLMİŞ OLMALIDIR
- KİLİTLİ VİDA DELİKLERİNE KORTİKAL VİDA DA ATILABİLMELİ, VİDA BAŞI TAM OLARAK DELİĞE OTURMALI, DIŞARIYA TAŞMAMALIDIR.
- PLAKLAR GRADE 5 KALİTE Tİ6AL4V ALAŞIMDAN İMAL EDİLMİŞ OLMALI İSTENDİĞİNDE TEST SERTİFİKASI SUNULMALIDIR.
- ÇAKMA ÇIKARMA SETİ İÇERİSİNDE RUJİN ELAVETOR,PERIOST SIYIRICI,KEMİK KLEMPİ VE UYGUN PLAK BÜKÜCÜLER OLMALIDIR.

6.1 DİSTAL RADIUS VOLAR PLAK

TV1450

6.2 DİSTAL RADIUS DORSAL PLAK

TV1430

Ağrı Devlet Hastanesi
Op.Dr. Mustafa BAŞAL
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.No:0904.A-043
Dip.Tes.No: 144046