



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ağrı İl Sağlık Bakanlığı  
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi  
Başhekimliği



AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İH SATIN ALMA BİRİMİ  
20/12/2017 11:25 - 36472700-774 01 01-562



00058879433

KONU : Teklife Davet

**Teklif Davet**

Kurumumuz ihtiyacı olan aşağıda yazılı olan SU ARITMA SİSTEMİ ANALİZ KİTİ alımı 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konusu hizmet için KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 28.12.2017 tarih ve saat 16.00 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faksa / eleskirtdh04@hotmail.com mal adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu; Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK

İdari ve Mali İş Müdürü

Sıra No	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	1	Takım		

Eki; Teknik Şartname	Firma/ Kurum Kaşe / İmza
----------------------	-----------------------------

1	İdarenizce doğrudan temin usulü ile 28.12.2017 tarih ve saat 16,00 da SU ARITMA SİSTEMİ ANALİZ KİTİ alım işine ait dökümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
2	Eksik doldurulan üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3	Teklifler en geç 28.12.2017. GÜNÜ SAAT 16.00. kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..
4	Teklif Fiyatına işin sigortası, nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.
5	Teklifler ( Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç veilecektir.
6	Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
7	.Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin asıllarında İdaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
8	Teklifleri ile birlikte numune veya Katalog istenilmesi halinde numunesi veya katalogu olmayanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9	.Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

TEL : 0 472 711 41 42/ DAH.1114

FAKS. 0 472 711 49 63

E.Mail : eleskirtdh04@hotmail.com

T.C  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKLİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ  
SU ARITMA SİSTEMİ ANALİZ KİTİ  
TEKNİK LARTNAMESİ

**SERTLİK ,Klor ve PH Ölçüm Test Kiti Teknik Şartnamesi**

- 1.)SUYA SERTLİK VEREN MADDE MİKTARLARINI FRANSIZ SERTLİK DERESESİNE GÖRE ÖLÇÜMLEYEBİLEN YAPIDA GEREKLİ SOLÜSYONLARI İÇEREN
- 2.)HER BİR DAMLA TİPRASYON ÇÖZELTİSİ =1 Fr (1 FRANSIZ ÖZELLİĞİNE SAHIPTIR.)
- 3.)SUDA BULUNAN SERBEST Klor MİKTARINI mg/l BİRİMİNDE ÖLÇEBİLECEK GEREKLİ SOLÜSYONLARI İÇEREN
- 4.)İÇME SUYU VE SAF SU KULLANIMINA UYGUN OLACAK.
- 5.)HER TÜP TESTİ İÇİN GEREKLİ TEST EKİPMANINA SAHİP OLMALIDIR.
- 6.)KULLANIM KLAVUZUNDA ÖLÇÜM DETAYLI DİYALİZ SU SİSTEMINE UYGUN OLACAK.
- 7.)SOLÜSYON KAPLARINDA LOT NUMARASI VE SOLÜSYONUN SON KULLANMA TARİHİ BELİRLİ OLACAK.
- 8.)GEREKLİ KİMYASAL UYARI İŞARETLERİNİN SOLÜSYONLARI TAŞIYAN KAP ÜSTÜNDE BULUNDURAN KİTLER OLMALIDIR.
- 9)HASTANE İHTİYACI OLDUKÇA TEMİN EDİLECEK.
- 10.) Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 İSO 9001-2008 İSO 14001-2004 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır.
- 11.) Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.

15.12.2017

Ergül YAMAN

Diyaliz Sorm Hemşiresi



Kübra ERGÜN

Diyaliz Hemşiresi

