

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **AMELİYATHANE BİRİMİ İÇİN KBB AMELİYATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE SİLASTİK SHEET ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 29/12/2017 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SİLASTİK SHEET ALIMI	ADET	10		

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI  
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447  
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

## SİLASTİK SHEET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Silastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Steril olarak kullanıma hazır olmalıdır.
3. 0.3 mm kalınlığında olmalıdır.
4. Boyutları 15\*20 cm olmalıdır.
5. Teslim edilecek ürünlerin en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
6. UBB kaydı bulunmalıdır.
7. Satın alma öncesi numune gönderilmelidir.
8. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde şu bilgiler yazılmış olmalıdır. İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı, ürünün ölçüleri, steril ibaresi, sterilizasyon metodu ve son kullanma tarihi.
9. Ürünün ambalajı ürün ısı ışık ve nemden etkilenmeyecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.

