

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 16
Konu : Mal Alımı Hk.

05/01/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 9 Kalem Mal Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 08/01/2018 tarih ve saat 16:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	CAPSÜLOREHEKSİS (2-2716G-9R)	ADET	3		
2	SHALZYON FORCEPS (2-640)	ADET	2		
3	CAST. LAKRİMAL DİLATÖR (6-182-2)	ADET	1		
4	İRRİP HANDPİCE (8-652)	ADET	1		
5	ASP. HANDPİCE (8-657)	ADET	1		
6	PUSH-PULL HOOK (6-400-1)	ADET	1		
7	EYE SPEKÜLÜM (9-597)	ADET	1		
8	MEYER CURETTE (6-641)	ADET	1		
9	BONN FORCEPS (2-110)	ADET	1		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresinin satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

A- KONU:AĞRI DEVLET Hastanesi göz kliniği ameliyathanesi ihtiyacı çerçevesinde, alımı yapılacak olan cerrahi aletlerinin genel şartlarını kapsar.

GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ :

1. İstenen aletler, işleyiş açısından hassasiyet gerektirdiği için sahip oldukları ölçülerden azami olarak 0,1 cm +/- fark olmalıdır. Bu ölçülerin dışındaki aletler kabul edilmeyecektir.
2. Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. (Teknik olarak yazılamayan aletler, yuvarlak ve tel tipli olanlar hariçtir.)
4. Alınacak aletler 134°C'de otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
5. Teknik komisyon, uygun gördüğünde daha sert çelikten mamul cerrahi aletleri kırılmaya dirençli, kesme kapasitesi yüksek ve korozyona daha dirençli olarak kabul edilip tercih edilebilecektir. Sertlik dereceleri aşağıdaki gibi olacaktır. Aşağıdaki sertlik derecelerini ayrı ayrı gösteren Apostil kaşeli noter onaylı orijinal belge verilmeli ve bu belge üzerinden görülebilmelidir.
 - Pensetler: 400 SST 80-95 HRB 55 HRC
 - İğne Tutacakları: 400 SST 80-95 HRB 55 HRC
 - İşaretleyiciler 300 SST 80-90 HRB
 - Trepine bıçaklar: 400 SST 80-95 HRB 55 HRC
6. İhale listesindeki malzemeler set olması sebebi ve ısı ile oluşacak elektron alış verişlerinden etkilenmemesi adına iştirakçi firmalar setlerin tamamına aynı marka üzerinden tamamına teklif vereceklerdir. Aletlerin üretim yeri (menşei) USA, Almanya, İtalya, İngiltere veya İsviçre olmalıdır.
7. İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile verecektir. Teklif edilen her malzeme orijinal katalogunda ayrı ayrı gösterilecektir. (Kataloglarında olmayan malzemeler için benzeri ibaresi kullanılmayacaktır. Her alet katalog sayfa numarası ile beraber ihale evrakları içinde verilecektir.
8. İhale listesindeki ürünler için numune getirilecektir.
9. Ürünler FDA kalite ve güvence onaylı olacaktır.
10. İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartname ve ekindeki listeye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılacaktır.
11. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
12. İhaleye giren firmalar teklif ettikleri ürünlerin korozyon testine karşı pasifize (nötralize) edilmediğini iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale evrakları arasında vermelidir.
13. Cerrahi aletlerle birlikte üretici firmaya özel aletlerin kullanımı, bakımı, depolanması ve saklanması hususlarını ayrıntılı anlatan Türkçe kullanım kitapçığı verilmelidir.
14. Cerrahi aletlerin dökümü aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

S.B. AĞRI DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Yusuf CEM YILMAZ
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 122991

B-) ÜRÜNLER :

Sıra	Model	Teknik Şartname	Adet
1		<p>Inamura Kapsül Tutma Penseti</p> <p>Inamura Model olacaktır Uç kısmı hassas, çapraz, konik, delici, sürekli eğrisel uçları olan, tam boy uzunluğu 108mm (+/-1mm) olan kapak tutma penseti olacaktır. Aletin sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik biçimde yerleştirilmiş üçer adet pozisyon deliği olup, üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olup, paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.</p>	
2		<p>Nukleus Kesici Penset</p> <p>2.5mm ' lik insizyonlarda kullanılabilir olup, kırmaya ,çevirmeye ve kesmeye yarayan vertikal açılımlı penset olacaktır. Ağız kaymayı önlemek ve sıkı ir şekilde tutmak için törpülü olacaktır. Aletin üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik olarak dizayn edilmiş üçer adet pozisyon deliği olacaktır. Alet paslanmaz çelikten imal ve üzerinde markası ve kodu silinmeyecek biçimde yazılı olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.</p>	
3		<p>Şalazyon Penseti</p> <p>8mm çaplı ayarlı şalazyon penseti olacaktır. Bir ucu açık çember, diğer ucu kapalı çember şeklinde küçük boy olacaktır. Aletin üzerinde mesafe ayarlayıcı bir vida olacaktır. Sap kısmı elden kaymayı önleyici biçimde üretilmiş olacaktır. Dairesel kısım 12mm çapında toplam boy uzunluğu 90mm olacaktır. Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olup üzerinde markası ve kodu silinmeyecek biçimde yazılı olacaktır.</p>	
4		<p>Lakrimal Dilatör</p> <p>Çift taraflı, bir ucu sivri delici diğer ucu orta kalınlıkta ve delici özelliğe olan kanal genişletici olacaktır. Paslanmaz çelikten imal edilmiş ve üzerinde markası silinmeyecek biçimde yazılı olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.</p>	
5		<p>İrrigasyon Elciği</p> <p>Ucu, 23G kalınlığında, 0.3 mm üst sürkülasyon delikli, ve eğimli aspirasyon el sapları olacaktır. Üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı markası ve kodu yazılı olacaktır. Paslanmaz malzemeden üretilmiş olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir</p>	
6		<p>Aspirasyon Elciği</p> <p>23G kalınlığında 0.3 mm portlu uç kısmı eğimli aspirasyon el sapı olacaktır. Aletin tam boy uzunluğu 112mm olup, üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı markası ve kodu yazılı olacaktır. Paslanmaz malzemeden üretilmiş olacaktır.</p>	
7		<p>İtme Çekme Kanca</p> <p>Tek kullanımlık steril paket içerisinde olmalıdır. uç kısım açısı uzunluğu 10mm olup uç kısmında lensi itip çekmeye yarayan çıkıntısı olmalıdır. Bir kutu içerisinde 3 paket olmalıdır.</p>	
8		<p>İris Kancası</p> <p>Bir kutu içerisinde en az 5 (beş) adet steril paket olmalıdır. Her pakette kancaların görülebildiği saydam kutu içerisinde üzerinde en az 5 (beş) adet silikon stoplayıcı olan tek kullanımlık iris kancaları olacaktır. Paket üzerinde en az 4 yıl miadını gösteren son kullanım tarihi ve lot numarası olmalıdır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.</p>	
9		<p>İris Kancası</p> <p>Bir kutu içerisinde en az 5 (beş) adet steril paket olmalıdır. Her pakette kancaların görülebildiği saydam kutu içerisinde üzerinde en az 5 (beş) adet silikon stoplayıcı olan tek kullanımlık iris kancaları olacaktır. Paket üzerinde en az 4 yıl miadını gösteren son kullanım tarihi ve lot numarası olmalıdır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir. Bir pakette 5 adet, 5'li set olmalıdır.</p>	
10		<p>Steril İşaretleme kalem</p> <p>Kalem oftalmolojide kullanmaya uygun mor renkli olacak kalem ucu ince olacaktır. Ürün tek kullanımlık steril paketler içerisinde 10 luk paketler halinde verilecektir. Paketin üzerinde son kullanma tarihi ve ürün kodu belirtilecektir.</p>	

11		<p>Steril İşaretleme kalemi</p> <p>Kalem oftalmolojide kullanmaya uygun mor renkli olacak kalem ucu geniş olacaktır .Ürün tek kullanımlık steril paketler içerisinde 10 luk paketler halinde verilecektir. Paketin üzerinde son kullanma tarihi ve ürün kodu belirtilecektir.</p>	
12		<p>Spekulum</p> <p>Ayarlanabilir yaylı özellikli,Kapak tutan kısımları kapalı olan toplam boy uzunluğu 80mm (+/-1mm) olan spekulum olacaktır. Üst kısımlarında operatör için baskı çıkıntıları olacaktır. paslanmaz çelikten üretilmiş olup Aletin üzerinde silinmeyecek şekilde markası yazılı olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.</p>	
13		<p>Şalazyon Küreti 3.50mm</p> <p>Sap kısmı yassı küret çapı 3.50mm, olan şalazyon küreti olacaktır. Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı markası olacaktır.Paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.</p>	
14		<p>Korneal Penset</p> <p>1x2 dişli,düz uçlu, 0.12mm bağlama platformlu penset olacaktır. Aletin sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik biçimde yerleştirilmiş üçer adet delik olacaktır.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası, kodu ve platform sayısı yazılı olup paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.</p>	
15		<p>Sabitleme Penseti Sol</p> <p>1x2 dişli 0.5mm ile kilitlenebilir mekanizmalı, eğimli, sabitleme penseti olacaktır.Sol elle kullanılabilir olup, aletin sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik biçimde yerleştirilmiş üçer adet pozisyon deliği olacaktır.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası, kodu ve platform sayısı yazılı olacaktır.Titanyum madeninden imal edilmiş olacaktır.Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.</p>	
16		<p>Sütür Penseti</p> <p>1x2 dişli,düz uçlu, 0.12mm bağlama platformlu sütür penseti olacaktır. Aletin sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik biçimde yerleştirilmiş üçer adet delik olacaktır.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olup paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.</p>	
17		<p>Bağlama Penseti</p> <p>Ucu 5mm ve düz, 8-0 ila 11-0 arası sütür bağlamalarında kullanılan bağlama penseti olmalı.Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olup,sap kısımlarında ergonomik olarak dizayn edilmiş üçer adet pozisyon deliği olmalı.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası kodu yazılı olacaktır.</p>	
18		<p>EĞRİ 6-0 / 7-0 İĞNE TUTUCUSU</p> <p>Kilitsiz ve uç kısmı eğimli olacaktır.İç kısmında kılavuz iğnesi olacaktır.Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.Üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olacaktır.Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.</p>	
19		<p>Ekstra ince İğne Tutucu</p> <p>Ucu ekstra ince, eğimli ve kilitsiz iğne tutucusu olacaktır.11-0 sütürler için uygundur.Alet kilitsiz olup paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.Sap kısmı kullanımı rahat yarı dairesel tipte olacaktır.Üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olacaktır.Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.</p>	
20		<p>Kilitli İğne Tutucu</p> <p>Kilitli,uc kısmı eğimli, iğne tutucusu olacaktır.İç kısmında kılavuz iğnesi olacaktır. Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.</p>	
21		<p>IOL Kesici</p> <p>Paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.Kesici uç eğe uçlu olacaktır.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olacaktır.Tutacak kısımlarında ergonomik olarak dizayn edilmiş,üçer adet pozisyon deliği olacaktır.Yumuşak lenslerin kesiminde kullanılabilecektir.Yaylı sistem olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.</p>	
22		<p>Kapsül Makası</p> <p>Kesici uç uzunluğu 7mm,düz, ekstra incelikte, tam boy uzunluğu 105mm (+/-1mm) olan makas olacaktır. Orta kısmında stoplama iğnesi olacaktır. Aletin sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik biçimde yerleştirilmiş üçer adet pozisyon deliği olacaktır. Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olup.Paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.</p>	

23	Spekulum 11mm Üzerinde bir vida yardımıyla kilitlenebilir özellikli olup,kapak tutan kısımları kapalı ve 11mm genişliğinde olacaktır. Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.
24	Spekulum 8mm Üzerinde bir vida yardımıyla kilitlenebilir özellikli olup,kapak tutan kısımları kapalı ve 8mm genişliğinde olacaktır. Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.
25	Spekulum Ayarlanabilir yaylı özellikli,Kapak tutan kısımları 16mm boyunda olup kapalı olacaktır. Üst kısmında ayarlama düğmesi olacaktır. paslanmaz çelikten üretilmiş olup Aletin üzerinde silinmeyecek şekilde markası yazılı olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.

S.B. AĞRI BEYLER HASTANESİ
Op. Dr. Yusuf CEM YILMAZ
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 122991