

36

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HASTENEMİZ ORTOPEDİ AMELİYATI (AHMET AĞDIŞ) İÇİN GEREKLİ MALZEMELER** alım işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/f maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12/01/2018 tarih ve saat 16:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

DR.KASRA MUHTAR
BAŞHEKİM V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	OMUZ ARTROSKOPİ ÖRTÜ SETİ	ADET	1		
2	DÜĞÜMSÜZ ANCHOR(3,5MM)	ADET	3		
3	EMİLEBİLİR SÜTUR ANCHOR	ADET	3		
4	RF PROBE	ADET	1		
5	SHOWER UCU	ADET	1		
6	ARTROPPVNP	ADET	1		
7	İĞNELİ-İĞNESİZ SUTUR ANCHOR TAŞIYICI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) UBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.


Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 54 47
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

12.01.2018.

Düğüboğazıt Devlet Hastanesi Başkellimiyne,
Hastam Ahmet Ağdış 1m sol omuzda felanğon
gilleği nedeniyle opere edilecektir. Aşğınbu rahere-
lüm 2k set laernde tım edimesi nko olur.

- ① Omuz arthroscopy seti (1) adet
- ② Düşme anchor (3,5mm) (3) adet
- ③ Emleblin suture anchor (3) adet
- ④ RF probe (1) adet
- ⑤ Shower ucu (1) adet
- ⑥ Anropump (1) adet
- ⑦ İğnell - İğnela suture anchor taşıyıcı (1) adet,
(Lasso)

AĞRI DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR
ERYILMAZ İL ÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
DOĞUBAYAZIT DOÇ. DR. YAŞAR ERYILMAZ DH
GELEN GİDEN EVRAK KAYIT BİRİMİ
12/01/2018 12:39 - 68917221-000-474
00060632470


Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Op. Dr. Çağrı ERDOĞAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.No:155981 Dip Tescil No: 127100

OMUZ ARTROSKOPİSİ İÇİN TİTANYUM SUTURE ANCHOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

OMUZ ARTROSKOPİSİ İÇİN EMİLMİYEN İĞNELİ SUTUR ANCHOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anchor, Açık ve mini açık Bankart, SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps tenodesis'te kullanılabilir.
2. Anchor titanyumdan imal edilmiş, konik yapıda 6.5 mm, 5.0mm, 3.5 mm çap seçenekli olmalıdır.
3. Steril, tek kullanımlık paketler halinde olmalı, tornavidası ile birlikte hazır halde bulunmalı ve 2 (iki) adet 2 (iki) numara sutur üzerinde bağlı olmalıdır.
4. Suturlar kullanım kolaylığı açısından farklı 2 renkte kendinden iğneli dikiş materyali seçeneği olmalıdır.
5. Suturlar yüksek molekül ağırlıklı polietilen (UMHW) fibrilleri ile özellikle güçlendirilmiş olmalıdır

OMUZ ARTROSKOPİSİ İÇİN EMİLMİYEN İĞNESİZ SUTUR ANCHOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anchor, Açık ve mini açık Bankart, SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps tenodesis'te kullanılabilir.
2. Anchor titanyumdan imal edilmiş, konik yapıda 6.5mm, 5.0mm, 3.5 mm, 2.8 mm çap seçenekli olmalıdır.
3. Steril, tek kullanımlık paketler halinde olmalı, tornavidası ile birlikte hazır halde bulunmalı ve 2 (iki) adet 2 (iki) numara sutur üzerinde bağlı olmalıdır.
4. Suturlar kullanım kolaylığı açısından farklı 2 renkte iğnesiz dikiş materyali seçeneği olmalıdır.
5. Suturlar yüksek molekül ağırlıklı polietilen (UMHW) fibrilleri ile özellikle güçlendirilmiş olmalıdır

TEKLİF VEREN FİRMALAR TEKLİFTEN 1 SAAT ÖNCE MALZEMEYİ GETİREREK ONAY ALACAKTIR AKSİ TAKDİRDE TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR

Dokuz Eylül Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dr. Murat ERDOĞAN
Dip. No: 127148

EMİLEBİLİR TENDON TESPİT MATERYALİ TEKNİK ŞARTNAMESİ(SÜTÜRE ANCHOR)

1. Ankor, artroskopik, açık ve mini açık Bankart , SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps tenodesis'te kullanılabilir.
2. Vücut içinde eriyebilir PLLA türevinden üretilmiş 5.0 mm ve 6.5 mm çaplarında olmalıdır.
3. Steril, tek kullanımlık paketler halinde olmalı, tornavidası ile birlikte hazır halde bulunmalı ve 2 (iki) adet 2 (iki) numara suture üzerinde bağlı olmalıdır.
4. Suturelar kullanım kolaylığı açısından 2 farklı renkte üretilmiş olmalıdır.
5. Kendinden iğneli ve iğnesiz dikiş materyali seçenekleri olmalıdır.
6. Tek kullanımlık steril paketler halinde bulunmalıdır.

TEKLİF VEREN FİRMALAR TEKLİFTEN 1 SAAT ÖNCE MALZEMİYİ GETİREREK ONAY ALACAKTIR AKSİ TAKDİRDE TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR

Doç. Dr. Mustafa ERDOĞAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dipl. No: 55981, D. No: 127158