



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ağrı İl Sağlık Bakanlığı  
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi  
Başhekimliği



AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İH SATIN ALMA BİRİMİ  
12/01/2018 11:19 - 36472700-774 01.01-23



00060616666

1.1.2018

KONU : Teklife Davet

**Teklife Davet**

Kurumumuz ihtiyacı olan aşağıda yazılı olan Diyaliz Su Arıtma Sistemi Bakım Onarım Malzemeleri alımı 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konusu hizmet için KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 18.01.2018 tarih ve saat 15.00 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faksa / eleskirtdh04@hotmail.com mal adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu; Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK

İdari ve Mali İş Müdürü

Sıra No	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	SU ANALİZ KİTİ	2	Adet	
	RO.MEMRAN	1	Adet	
	KOLDER VANA	2	Adet	
	BUBLE CATCHER HOLDER	2	Adet	

Eki; Teknik Şartname

Firma/ Kurum  
Kaşe / İmza

- İdarenizce doğrudan temin usulü ile 18.01.2018 tarihte saat 15,00 da NST CIHAZI Diyaliz Su Arıtma Sistemi Bakım Onarım Malzemeleri alım işine ait dökümanı oluşturan bütün begeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı ,silinti veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teklifler en geç 18.01.2018. GÜNÜ SAAT 15.00. kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..
- Teklif Fiyatına işin sigortası, nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.
- Teklifler ( Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç veilecektir.
- Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- .Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin asıllarında İdaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- Teklifleri ile birlikte numune veya Katalog istenilmesi halinde numunesi veya kataloğu olmayanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- .Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

TEL. :0 472 711 41 42/ DAH.1114

FAKS. 0 472 711 49 63

E.Mail :eleskirtdh04@hotmail.com



T.C  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKLİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ  
BAŞHEKİMLİĞİ

**COLDUR VANA TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

- 1.8,3 BAR ARASI ÇALIŞMALIDIR
- 2.0 C İLE 71 C ARASINDA ÇALIŞMALIDIR
3. PSİ BASINÇDA DÖKÜLEN SIVI HACİMİ 0,3 CC OLMALIDIR.
- 4.120 PSİ BASINÇDA DÖKÜLEN SIVI HACİMİ 0,3 CC OLMALIDIR.
- 5.CALDUR VANA 316 PASLANMAZ OLMALIDIR.
6. OLİNGLER EPDM OLMALIDIR.
7. BAŞLANTILARI 10 mm HORTUM UCLU OLMALIDIR.
- 8.COLDUR VANA İKİ AYRI PARÇADAN OLMALIDIR.
9. YÜKLENİCİ FİRMA TSE 12426 VE 12843 İSO 9001-2008 İSO 14001-2004 OHSAS 18001/2007 BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR. YÜKLENİCİ FİRMA SU ARITMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ BELGELERE SAHİP OLMALIDIR.
- 10.COLDUR VANA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN DEMONTAJI VE MONTAJI YAPILACAKTIR. DAHA SONRA DOĞABİLECEK SORUNLAR VEYA ARZALAR YÜKLENİCİYE AİTTİR.

**SERTLİK, KLOR VE PH ÖLÇÜM TEST KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1.) SUYA SERTLİK VEREN MADDE MİKTARLARINI FRANSIZ SERTLİK DERESESİNE GÖRE ÖLÇÜMLEYEBİLEN YAPIDA GEREKLİ SOLÜSYONLARI İÇEREN
- 2.) HER BİR DAMLA TIPRASYON ÇÖZELTİSİ =1 FR (1 FRANSIZ ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.)
- 3.) SUDA BULUNAN SERBEST KLOR MİKTARINI MG/L BİRİMİNDE ÖLÇEBİLECEK GEREKLİ SOLÜSYONLARI İÇEREN
- 4.) İÇME SUYU VE SAF SU KULLANIMINA UYGUN OLACAK.
- 5.) HER TÜP TESTİ İÇİN GEREKLİ TEST EKİPMANINA SAHİP OLMALIDIR.
- 6.) KULLANIM KLAVUZUNDA ÖLÇÜM DETAYLI DİYALİZ SU SİSTEMİNE UYGUN OLACAK.
- 7.) SOLÜSYON KAPLARINDA LOT NUMARASI VE SOLÜSYONUN SON KULLANMA TARİHİ BELİRLİ OLACAK.
- 8.) GEREKLİ KİMYASAL UYARI İŞARETLERİNİN SOLÜSYONLARI TAŞIYAN KAP ÜSTÜNDE BULUNDURAN KİTLER OLMALIDIR.
- 9)HASTANE İHTİYACI OLDUKÇA TEMİN EDİLECEK.
- 10.) YÜKLENİCİ FİRMA TSE 12426 VE 12843 İSO 9001-2008 İSO 14001-2004 OHSAS 18001/2007 BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.

**RO CIHANIZIN KAPASİTE ARTILMASI VE KOMPLE MEMBRAN ÖZELLİKLERİ**

- Membrane tipi tamamen aromatik polyamid kompozit tiptir
- Membranların 25 °C de ürettiği su miktarı minimum 8 m<sup>3</sup>/gün dür
- Maksimum çalışma sıcaklığı 45 °C dir.
- Tuz rejection oranı % 99,5 dir.
- Membranlar, en fazla 5 SDI' a kadar çalışabilmektedir
- 40 bar basınca kadar çalışabilmektedir
- Sürekli işletmede 2-11 pH değerleri arasında çalışabilmektedir
- 2000 mg/ l ye kadar NaCl beslemesine uygundur.
- Membrane yüzey alanı 7,2 m<sup>2</sup> dir
- Membranlar 40 40 tipdir ( çap 4", uzunluk 40")
- RO Cihazının Kapasite Artırılması İçin Gerekli Tüm Revizyonları Ve Değişiklikleri Yükleci Firma Yapacaktır
- Yüklenici firma Komple Mebran İlave Edecektir ve değiştirecektir. Daha sonra membran kapasitesi ile ilgili doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.
- Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 belgesine ve İSO 9001-2008 İSO 14001-2004 OHSAS 18001-2007 sahip olmalıdır.
- Firmanın tıbbi cihaz satış yeri yetki belgesi olmalıdır
- Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.

**BUBLE CATCHER HOLDER**

14008 B Cihaza uyumlu olacaktır.

10.01.2018

Ergül YAMAN  
Sorumlu Diyaliz Hemşiresi