

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 28
Konu : Malzeme Alımı Hk.

12/01/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 15/01/2018 tarih ve saat 17:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal UMUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

| Sıra No | Malzemenin Adı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---------|--|--------|--------|-------------|--------------|
| 1 | ENDOSKOPI CİHAZI DEZENFEKTANI | LİTRE | 300 | | |
| 2 | ENDOSKOPİK YABANCI CİSİM YAKALAMA FORSEPSİ (TİMSAH AĞIZLI) | ADET | 3 | | |
| 3 | ENDOSKOPİK YABANCI CİSİM YAKALAMA FORSEPSİ (TRİPOD) | ADET | 2 | | |
| | | | TOPLAM | | |

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-**Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.**
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

YÜKSEK DÜZEY ALET VE ENDOSKOP DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNEMESİ

1. Ürün, % 0,55 oranında ortho-phthalaldehyde içermelidir. Kullanıma hazır olmalı ve sulandırılmadan kullanılmalı. Kullanıma hazır formunun içinde tortu bulunmamalıdır.
2. Ürün, fenol, kuarterner amonyum, klor ve ağır metal olan gümüş iyonlarını içermemelidir.
3. Ürün, yapıları gereği otoklav ve etilen oksit ile sterilizasyonu yapılamayan, laparoskop, artroskop, endoskop gibi tüm rijit ve flexibl endoskoplara, anestezi aksesuarlarının, plastik, kauçuk, metal, porselen, cam vb ekipmanların yüksek düzey dezenfeksiyonu için uygun olmalıdır.
4. Ürün, 5 dakikada bakterisid (S.aureus, P.aeruginosa, E.hirae, MRSA, VRE, Accinetobacter), virüs, fungusid (mayalar ve küfler dahil) tüberkülozid etkili olmalıdır. 60 dakikada sporisid (Bacillus Subtilis) etkili olmalıdır. Firma bu etkileri karşıladığına dair, akredite laboratuvarlarda yapılmış, mikrobiyolojik çalışmalarının raporlarını ihale dosyasında sunmalıdır.
5. Hastanemiz endoskopi departmanı ve ameliyathane genelinde ıslanmasında sakınca bulunmayan her türlü tıbbi ve cerrahi aletin, anestezi aksesuarlarının, (maske,ambu, vb.) hastanemiz endoskopi birimlerinde kullanılan Fujinon marka endoskoplara kullanıma uygun olmalıdır ve bu durum belgelendirilmelidir. Endoskoplarda, paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama, renk değişikliği vb. zedelenmeye neden olmamalıdır.
6. Hastanelerde kullanılan skopların, polimer yapısı üzerinde uluslararası standartlarda çalışan üniversitelerin biyomedikal mühendisliği-analitik kimya laboratuvarlarında, uluslararası metodlarla yapılmış, aşınmayı (korozyonu) test eden analiz raporu dosyada sunulmalıdır.
7. Solüsyonun rahatsız edici kokusu olmamalı. Toksik veya iritan etkisi bulunmamalıdır. Suda çözülebilmelidir.
8. Solüsyon, kullanıldığı aletlerin paslanmasını aşınmasını ve deformasyonunu engelleyici antikoroziyif madde (benzotriazole) içermelidir.
9. İstekli firmalar ihale dosyasına ürünün kullanıldığı cihazlarda dezenfektandan kaynaklanan arıza meydana gelmesi halinde zararı karşılayacağını taahhüt etmelidir.
10. Solüsyon etiketleri Türkçe olmalı, etiket üzerinde gerekli tüm bilgiler yer almalıdır, (üretim-son kullanma tarihleri içerikleri)
11. Solüsyonun pH değerleri 7,2 – 8,5 arasında olmalıdır.
12. Solüsyonun etkinliği test stripleri ile test edilebilir olmalı, her 5 Litreye bir adet test stripi verilmelidir.
13. Test striplerinin pH ölçer olmadığı, akredite laboratuvarında çalışılmış validasyon analizi raporu dosyada sunulmalıdır.
14. Üretim tarihinden itibaren, miadı 36 ay olmalıdır Hastanemize teslim edilmesinden itibaren miadı, en az 32 ay olmalıdır. Son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünler, firma tarafından yeni ürünle değiştirilmelidir.
15. Solüsyonun UBB kaydı bulunmalıdır. Yerli ürünler için ISO 13485 belgesini ihale dosyasında sunmalıdır. İthal ürünlerde ise ithal izin belgesi sunulmalıdır.
16. Solüsyonlar 5 Litrelik PVC içermeyen, sızdırmaz, kilitli kapaklı ve her bidonda kapak altında koruyucu folyo bulunmalıdır.
14. Türkçe Ürün Güvenlik Bilgi Formları dosyada sunulmalıdır.
15. Ürünün nötralizasyonu için her 5 Litreye 30 gramlık paketlenmiş glisin ücretsiz verilmelidir. Paketlerin üzerinde kullanım talimatı etiketi olmalıdır.
16. Ürünün numune değerlendirme esnasında veya depoya teslim edildiği andan bitimine kadar geçen sürede, hastane enfeksiyon kontrol komitesinin uygun görmesi halinde, analiz için Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi (RSHM)'ne gönderilecek ve tüm masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

Uzm. Dr. Eivan İBİK ERLÜÇAL
İç Hastalıkları ve Enfeksiyonoloji Uzm.
Diyarbakır No. 23553/20421
Ağrı Devlet Hastanesi

ENDOSKOPİK YABANCI CİSİM YAKALAMA FORSEPSİ(TİMSAH AĞIZLI)

- 1.teklif edilen forseps yabancı cisim çıkarmak için timsah ağızlı ve çoklu kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.Teklif edilen forseps 2.8mm kanal çaplı endoskopa kullanıma uygun olmalıdır.
3. Teklif edilen forseps otoklavlanabilir olmalıdır.
4. Teklif edilen forseps en fazla 230 cm olmalıdır.
5. Teklif edilen forseps kapakçıkları açılabilir en fazla 7.5mm olmalıdır.
6. Teklif edilen forsepsin kılıfı yalıtımlı olmalıdır..
7. Teklif edilen forseps numunesi görülüp onay verilerek alınacaktır.

Uzm. Dr. Zeynep İSMAİL ERLÜĞAN
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. No: 253353129421
Ağrı Devlet Hastanesi

ENDOSKOPİK YABANCI CİSİM YAKALAMA FORSEPSİ(TRİPOD)

1. Teklif edilen tripod yabancı cisim ve polip çıkarmak için ve çoklu kullanıma uygun olmalıdır.
2. Teklif edilen tripod 2.8mm kanal çaplı endoskoplara ile kullanıma uygun olmalıdır.
3. Teklif edilen tripod üzerinde handle olmalıdır.
4. Teklif edilen tripod uzunluğu en fazla 230cm olmalıdır.
5. Teklif edilen tripod bacaklarının uç kısmı atravmatik özelliindedir.
6. Teklif edilen tripod açıldığında genişliği en fazla 20mm olmalıdır.
7. Teklif edilen tripod numunesi görülüp onay verilerek alınacaktır.

Uzm. Dr. Elvan ERGÜÇAN
İ. Hastaneleri ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 25533/8421
Ağrı Ç. Uzm. Hastanesi