

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZİN AMELİYATHANE BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN TIBBİ MALZEME ALIM İŞİ

15.01.2018

SAYIN .....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Uzm.Dr.Aykut BAŞER  
BAŞHEKİM

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	ENDOSKOPIK KLİP ATICI	20	ADET		
	T.TÜP DREN	20	ADET		
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **17.01.2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 13:30'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 8 TEKLİF EDİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ  
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184  
FAX: 0472 616 1168  
E-MAIL: patnosdh@hotmail.com

**PATNOS DEVLET HASTANESİ**  
**DISPOSABLE ENDOSKOPIK KLİP ATICI 10 MM**

1. Disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik klip atıcı 10 mm trokardan geçebilmelidir.
4. Endoskopik klip atıcı içinde 20 adet titanyum klip bulunmalıdır.
5. Klibin dokuda kapanmadan önceki çene ağız açıklığı 4.3+/-0.3 mm , kapandıktan sonraki uzunluğu 9.0 +/-0.4 mm olmalıdır.
6. Endoskopik klip atıcısının shaft uzunluğu en az 28cm olmalıdır.
7. Endoskopik klip atıcısının çenesi görüş kolaylığını sağlamak üzere açılı dizayn edilmiş olmalıdır.
8. Endoskopik klip atıcısında bulunan kliplerin dokuda kapandıktan sonra kaymaması için üzerinde girinti ve çıkıntılar bulunmalıdır.
9. Endoskopik klip atıcısındaki klip, dokuyu tümüyle içine alabilmesi için ön uçtan başlayarak arkaya doğru kapanmalıdır.
10. Endoskopik klip atıcısı 360° rotasyon özelliğine sahip olmalıdır.
11. Endoskopik klip atıcısında bulunan klipler bittiğinde , boş çenenin doku etrafını sıkarak travma yaratmasını önleyecek koruyucu sistem olmalıdır.

Op. Dr. M. Baran YERLİKAYA  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. 125299  
Patnos Devlet Hastanesi

10.01.18

## T DREN TUP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Lateks T dren lateks mamul olmalıdır.
  - 2- T dren üzerinde radyopak hat bulunacaktır.
  - 3- T drenin T kısmı yunda kırılabilecektir.
  - 4- T dren T şeklinde ve safra yolları cerrahisi için uygun olacaktır.
- Malzeme istenen bölümler tarafından numune mutlaka görülecektir.

Op. Dr. M. Baran YERLİKAYA  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. No: 25298  
Patos Devlet Hastanesi