

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Tutak İlçe Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı SU ARITMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM İŞİ 4734 sayılı ihale kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22.01.2018 tarih ve saat: 15:00 'e kadar 0472 411 20 83 numaralı belgegeçere veya tutak.satinalma@hotmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü



Sıra No	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	SU ARITMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM	Ay	12		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2- Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-Faks ve Mail ile gönderilen tekliflerin asılları da idaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- 4-Teklif edilen fiyatların geçerliliği teklif tarihinden itibaren en az 30 gün olacaktır.
- 5-İşin Tamamı için teklif verilecektir.
- 6-Alımı yapılacak malzemeler 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
- 7- Alımlar <https://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres: Ağrı-Van Yolu Üzeri İlçe Jandarma Karakolu Yanı Ayrıntılı bilgi için: Tıbbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83

HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE BULUNAN RO SİSTEMİ BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu şartname hemodiyaliz bölümü su arıtma sistemi aylık bakım ve onarımını işlerini kapsar.

Bakım – onarım: Sistemde meydana gelebilecek arızaları önlemek ve sistem performansını arttırmak, arıza olasılığını azaltmak sistemin ömrünü uzatmak, etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafından sistemin yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de kapsayan her türlü girişim ve kontroldür.

Yedek parça: sistemde arızanın giderilmesi, performansın artırılması, tam kapasite çalışması için değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder.

Dezenfeksiyon : Sağlık Bakanlığının istediği şekilde gerekli durumda yada özel solüsyonla dezenfeksiyon yapılacaktır

2. Bakım - Onarım firma tarafından idarenin herhangi bir yazılı veya sözlü isteği olmaksızın Ayda 1 kere den az olmamak üzere bakım yapılacaktır. Firma yaptığı her bakım için rapor tutacak ve bu raporun 1 nüshasını hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.

3. Firmanın TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 9001 2008- 14001 2004 OHSAS 18001 2007 sahip olmalıdır.

4. Teknisyenlerin bakım yaparken kullandıkları cihazların kalibrasyonları olmalı.

5. Firma idarenin, isteğine bağlı olarak periyodik bakımların dışında ek olarak, sistemin tümü veya bir bölümü için bakım işlemlerinin tümünü veya bir bölümünü ek bir ücret istemeksizin yerine getirilecektir. Sistemin bulunduğu yerden idarenin istediği üzerine herhangi bir yere taşıması durumunda kullanılacak malzemeler idareye sunulup ücreti karşılığında idarenin onayı alınarak sistemin taşınmasını firma gerçekleştirecektir.

6. Periyodik bakımların saati firmanın önerisi ile idare tarafından kararlaştırılır. Periyodik bakımlar idarenin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30) içinde idarenin bilgisi ve gözetiminde yapılacaktır. Seans sonrası yapılması gereken işlemlerde veya idare isteği takdirde bakımlar çalışma saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.

7. Onarım işlemlerinin firma tarafından başlatılması için gereken süre, arıza bildiriminin idare tarafından sözlü veya yazılı olarak firmanın teknik servisine /bürosuna /sorumlusuna bildirildiği saatte başlar.

8. Hastane arıza bildirmesi durumunda firma 6 saat içerisinde arızaya müdahale edecektir. Yedek parça gerektiği durumlarda bu süre 24 saat olacaktır.

9. İdare firmadan sözleşme süresi içinde herhangi bir zaman, yeterli görmediği elemanların değiştirilmesi ve/veya sayıların artırılmasını isteyebilir. Bu durumda idareden hiçbir şekilde ek ücret istenmeyecektir.

10. Firma bakım ve onarım hizmetlerini verebilmek için teknik eleman desteğini, yedek parça teminini ve diğer hususları idarenin işletme zararlarına yol açmayacak veya bu zararları asgariye indirecek şekilde sağlayacağını taahhüt eder. Firma çalışmanın işletme zararlarına yol açması halinde bu zarar yükleniciden tazmin edilir.

11. Bakım - Onarım esnasında değişmesi gerekli görülen yedek parçalar firma tarafından idarenin onayına sunulduktan ve idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilir. Firma tarafından temini gerçekleştirilen yedek parçalar için (parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafından ücretsiz gerçekleştirilir.

12. Firma tarafında temin edilen ve montajı yapılan yedek parçalar firma tarafından en az 1 yıllık garanti altındadır olacaktır

13. İdare bakım ve onarım sırasında firma teknik elemanlarının sözleşme kapsamındaki sisteme girme yetkisi verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır.

14. Yüklenici firma hemodiyaliz su arıtma sistemleri bakım onarımı ile ilgili iş deneyim belgesini sunmak zorundadır.

15. Yüklenici firma alt yüklenici çalıştıramaz.

Ayten GİMEN DURLU



ESRA İSLEK

