

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 46  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

18/01/2018

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/01/2018 tarih ve saat 17:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	BRİLLİANT CRESYL BLUE BOYASI	ADET	1		
2	METHANOL	LİTRE	2,5		
3	WRIGHT BOYASI	ADET	1		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

### **LAM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Standart ebatta , rodajlı olmalıdır.
- Şeffaf olmalı ve kolayca kırılmamalıdır.
- Double frosted olmalıdır.
- Teklifte malzemenin markası belirtilmelidir.
- İhaleden önce numune verilmesi tercih sebebidir.

### **İMMERSİYON YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Koyu renk cam şişede, vidalı kapaklı olmalıdır.
- İmmersiyon yağı akıcı renksiz ve berrak olmalıdır.
- Mikroskoptaki görüntü net elde edilmelidir.
- Benzyl benzoat içermeli ve mikroskop için üretilmiş olmalıdır.

### **METHANOL TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Kimyasal formülü  $CH_4O$  olmalıdır.
- Minimum %99,7 'lik olmalıdır.
- Kırılmaz,sızdırmaz nitelikte 2,5 lt'lik vidalı kapaklı cam veya sert plastikten mamül orjinal ambalajda olmalıdır.

### **WRİGHT BOYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Boyanın son kullanım tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır.
- Boya homojen halde olmalı, çökelti ve boya kalıntıları içermemelidir.
- Boya koyu renkli 500 ml 'ik şişelerde olmalıdır.

Asiye Segin  
+ fir  
Diploma resit 40.12645

## BRILLIANT CRESYL BLUE BOYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kimyasal çalışmalara ve sitoloji preparatlarını boyamaya uygun olmalıdır.
- Kullanıma hazır solüsyon halinde 100 ml , sızdırmaz vidalı kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.
- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
- Teklifte malzemenin markası belirtilmelidir.

Asihan Sevinç  
27/11/2017

Diploma Tescil No: 126 487