

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/48
Konu : Malzeme Alımı Hk.

19/01/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/01/2018 tarih ve saat 17:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beyma LULU TAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	HASTA SEDYESİ	ADET	8		
TOPLAM					


Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-**Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.**
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

GENEL AMAÇLI SEDYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sedyeye hasta transferini sağlayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
2. Sedyeye, 750x2100x660 mm dış ölçülerinde olacaktır.(+/- 45) mm
3. Sedyenin alt araba kısmı, üzerinde oksijen tüp koyma yeri ve dosyalık bölümü olan , dezenfekte edilebilir en az 3 mm kalınlıkta ABS plastik malzeme ile kaplanacaktır.
4. Araba üst taşıyıcı grup 40x40x1,5 (+-5mm)mm profil malzemedan yapılacak ve ara bağlantı profilleri ile birleştirilecektir.
5. Üst taşıyıcı grup , alt arabaya iki adet plastik teleskop giydirilmiş kolonlar ile bağlanmış
6. olacaktır.
7. Sedyenin dört köşesine takılmış en az 140mm çapında yumuşak plastik köşe tamponları bulunacaktır.
8. Sedyeye yatma platformu üzeri 15-20 mm kalınlığında ahşap ile kaplanacak, panelin başucu kısmı 65-70° ye kadar kademeli olarak ayarlanabilir olacaktır.
9. Sedyenin korkulukları alüminyum malzemedan imal edilmiş olmalıdır.Korkuluklar yatma platformu yanına katlanabilmeli ve üst konumda iken kilitlenebilmelidir.Korkulukların rengi sedye gövdesi ile uyumlu olmalıdır.
10. Sedyeye üst platformunun her iki başında yumuşak poliüretan kaplı itme kolları bulunacaktır.
11. Sedyenin en az 22 dansite yoğunlukta ve en az 8 cm kalınlığında şiltesi olmalıdır.Şilte sedye hareketlerini kısıtlamamalıdır.Şilte kılıfı, sıvı geçirmez , hava geçirgen özellikte ve çıkarılabilir olmalıdır.
12. Sedyede en az 125 mm çapında, 360 derece dönebilen, ikisi kilitlenebilir dört adet tekerlek bulunmalıdır.
- 13.Sedyeye ile beraber bir adet yüksekliği teleskopik ayarlanabilir serum askısı verilecektir. Askı kancası plastik olup, metal kısımları krom nikel kaplamalı olacaktır.
- 14.Sedyenin tüm metal yüzeyleri,elektrostatik toz boya ile boyanacaktır.
- 15.Sedyeye, üzerinde fonksiyonları gösteren yönlendirici bilgiler içeren işaret ve etiketler bulunmalıdır.
16. Üretici firma ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
17. Üretici firma ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
18. Üretici firma ISO 14001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
19. Üretici firma ürüne 2 yıl garanti ve 10 yıl parça temini garantisini verecektir.


S.M. Mustafa Kaya
Acil Servis Sor.