

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ HEMODİYALİZ BİRİMİNDE BULUNAN FRESENIUS MARKA HEMODİYALİZ CİHAZI VE SU SİSTEMLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ

24.01.2018

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Uzm.Dr. Aykut BAŞER
Başhekim

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	FRESENIUS MARKA HEMODİYALİZ CİHAZI	6	ADET		
2	HEMODİYALİZ SU SİSTEMLERİ	1	ADET		
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **26.01.2018 CUMA GÜNÜ SAAT 16:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLIYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

PATNOS DEVLET HASTANESİ

HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE BULUNAN FRESENIUS MARKA DİYALİZ CİHAZLARI

BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname hemodiyaliz bölümü hemodiyaliz makinesi bakım ve onarım işlerini kapsar

Bakım onarım : Sistemde meydana gelebilecek arızaları önlemek ve sistem performansını artırmak arıza olasılığını azaltmak sistemin ömrünü uzatmak,etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafından sistemin yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak temizleyici,koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gereğinde parça değiştirmeyi(monte etmeyi) de

Kapsayan her türlü girişim ve kontroldür.

Yedek parça: Sistemde arızanın giderilmesi,performansın artırılması,tam kapasite çalışması için değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder.

Dezenfeksiyon: Sağlık bakanlığının istediği şekilde gerekli durumda yada özel solüsyonla dezenfeksiyon yapılacaktır.

2.Bakım-onarım firma tarafından idarenin herhangi bir yazılı veya sözlü isteği olmaksızın ayda 1 kereden az olmamak üzere bakım yapılacaktır.Firma yaptığı her bakım için rapor tutacak ve bu raporun 1 nüshasını hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.

3.Firmanın TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 9001 2008-14001 2004 OHSAS 18001 2007 sahip olmalıdır.

4.Teknisyenlerin bakım yaparken kullandıkları cihazların kalibrasyonları olmalı.

5.Firma;idarenin, isteğine bağlı olarak periyodik bakımların dışında ek olarak, sistemin tümü veya bir bölümü için bakım işlemlerinin tümünü veya bir bölümünü ek bir ücret istemeksizin yerine getirecektir. Sistemin bulunduğu yerden idarenin istediği üzerine herhangi bir yere taşınması durumunda kullanılacak malzemeler idareye sunulup ücreti karşılığında idarenin onayı alınarak sistemin taşınmasını firma gerçekleştirecektir.

6. Periyodik bakımların saati firmanın önerisi ile idare tarafından karşılanır. Periyodik bakımlar idarenin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30) içinde idarenin bilgisi ve gözetiminde yapılacaktır. Seans sonrası yapılması gereken işlemlerde veya idare istediği taktirde bakımlar çalışma saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.

7.Onarım işlemlerinin firma tarafından başlatılması için gereken süre,arıza bildiriminin,idare tarafından sözlü ve yazılı olarak firmanın teknik servisine ,bürosuna,sorumlusuna bildirildiği saatte başlar.

8.Hastane arıza bildirilmesi durumunda firma 24 saat içerisinde arızaya müdahale edilecektir. Yedek parça gerektiği durumda bu süre 48 saat olacaktır.

Halime Döğen
Kaderyilmaz

Uzm.Dr.Faiz M. ÇİFTOĞLU YAGCI
İç Hastalıkları Uzmanı
Diploma No: 146813
Patnos Devlet Hastanesi

9.İdare firmadan sözleşme süresi içinde herhangi bir zaman ,yeterli görmediği elemanların değiştirilmesi ve/veya sayılarının artırılmasını isteyebilir.bu durumda idareden hiçbir şekilde ek ücret isteyecektir.

10.Firma bakım ve onarım hizmetlerini verebilmek için teknik elemen desteğini, yedek parça teminini ve diğer hususları idarenin işletme zararına yol açmayacak veya bu zararları asgariye indirecekmişkilde sağlayacağını taahhüt eder. Firma çalışanın işletme zararına yol açması halinde bu zarar yükleniciden tazmin edilir.

11.Bakım –onarım esnasında değişmesi gerekli görülen yedek parçalar firma tarafından idarenin onayına sunulduktan ve idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilir. Firma tarafından temini gerçekleştirilen yedek parçalar için (parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafından ücretsiz gerçekleştirilir.

12. Firma tarafından temin edilen ve montajı yapılan yedek parçalar firma tarafından en az 1 yıllık garanti altında olacaktır.

13.İdare bakım ve onarım sırasında firma teknik elemanlarının sözleşme kapsamındaki sisteme girme yetkisi verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır.

14. Bakım onarımı yapacak olan firma alt.yüklenici çalıştırmayacaktır.

15.Bakım onarım yapacak olan firmanın yetki belgesi olmalıdır.

Halime Degan
H

Kadir Yılmaz
K

Uzm. Dr. Nesim NECİTOĞLU YAGCI
İç Hastalıkları Uzmanı
Diplome No: 15813
Palmira Devlet Hastanesi

PATNOS DEVLET HASTANESİ

HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE BULUNAN SU SİSTEMLERİ

BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname hemodiyaliz bölümü su arıtma sistemi bakım ve onarım işlerini kapsar

Bakım onarım : Sistemde meydana gelebilecek arızaları önlemek ve sistem performansını artırmak arıza olasılığını azaltmak sistemin ömrünü uzatmak,etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafından sistemin yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak temizleyici,koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gereğinde parça değiştirmeyi(monte etmeyi) de

Kapsayan her türlü girişim ve kontroldür.

Yedek parça: Sistemde arızanın giderilmesi,performansın artırılması,tam kapasite çalışılması için değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder.

Dezenfeksiyon: Sağlık bakanlığının istediği şekilde gerekli durumda yada özel solüsyonla dezenfeksiyon yapılacaktır.

2.Bakım-onarım firma tarafından idarenin herhangi bir yazılı veya sözlü isteği olmaksızın ayda 1 kere den az olmamak üzere bakım yapılacaktır.Firma yaptığı her bakım için rapor tutacak ve bu raporun 1 nüshasını hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.

3.Firmanın TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 9001 2008-14001 2004 OHSAS 18001 2007 sahip olmalıdır.

4.Teknisyenlerin bakım yaparken kullandıkları cihazların kalibrasyonları olmalı.

5.Firma;idarenin, isteğine bağlı olarak periyodik bakımların dışında ek olarak, sistemin tümü veya bir bölümü için bakım işlemlerinin tümünü veya bir bölümünü ek bir ücret istemeksizin yerine getirecektir. Sistemin bulunduğu yerden idarenin istediği üzerine herhangi bir yere taşınması durumunda kullanılacak malzemeler idareye sunulup ücreti karşılığında idarenin onayı alınarak sistemin taşınmasını firma gerçekleştirecektir.

6. Periyodik bakımların saati firmanın önerisi ile idare tarafından karşılanır. Periyodik bakımlar idarenin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00-17:30) içinde idarenin bilgisi ve gözetiminde yapılacaktır. Seans sonrası yapılması gereken işlemlerde veya idare istediği taktirde bakımlar çalışma saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.

7.Onarım işlemlerinin firma tarafından başlatılması için gereken süre,arıza bildiriminin,idare tarafından sözlü ve yazılı olarak firmanın teknik servisine ,bürosuna,sorumlusuna bildirildiği saatte başlar.

8.Hastane arıza bildirilmesi durumunda firma 24 saat içerisinde arızaya müdahale edilecektir. Yedek parça gerektiği durumda bu süre 48 saat olacaktır.

Halime Döğen

Kadir Yılmaz

Uzm.Dr.Yahya MERTOGLU YAGCI
İç Hastalıkları Uzmanı
Diploma No: 146813
Patnos Devlet Hastanesi

