

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

24.01.2018

KONU DİYALİZ BİRİMİ İHTİYACI OLAN TABLET TUZ ALIM İŞİ

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.
Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Uzm. Dr. Aykut BAŞER
Başhekim

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MIKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARIÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARIÇ)
1	TABLET TUZ	3.000	KG		
TOPLAM (KDV HARIÇ)					

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **26.01.2018 CUMA GÜNÜ SAAT 15:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARIÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 8 İSTENİLEN MALZEMELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTANEMİZ SARF DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
FAX: 0472 616 1168
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

0441 / 1 - RAFİNE TABLET SU YUMUŞATMA TUZU

RAFİNE TABLET SU YUMUŞATMA TUZU

UARITMA SİSTEMİ İÇİN TABLET TUZ ŞARTNAMESİ

- .Hemodiyaliz ünitesi ve hastane içme suyu su arıtım sistemlerinin rejenerasyonunda kullanılabilir özellikte . Kalite ultra rafine olacaktır. Tablet boyutları eşit olmalıdır.
- ."A sınıfı" rafine edilmiş kuru kaya tuzundan, tuzun hammaddesinin kaya tuzu olduğu belgelenmelidir. Tablet şeklinde imal edilmiş olmalı, içeriğinde reçine, filtre ve membranları olumsuz yönde etkileyecek tortu, kil, çamur, kum vs.) yabancı maddeler içermemelidir.
- 3.25 kg'lık çift katlı iç poşetli polipropilen jüt çuvallarda olmalıdır.
- 4.Ambalaj üzerinde üretici ve marka adı bulunmalıdır.
- 5.Üretici Firmaya ait Gıda Üretim İzin Belgesi'nin aslı veya noter onaylı sureti teklifle birlikte sunulmalıdır.
- 6.Üretici Firmaya ait Gıda Sicil Sertifikası'nın aslı veya noter onaylı sureti teklifle birlikte sunulmalıdır.
- 7.Üretici Firmaya ait Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'nin aslı veya noter onaylı sureti teklifle birlikte sunulmalıdır.
- 8.İlgili TSE standardına (TS EN 973 / 27.04.2003) uygun TSE belgesinin aslı veya noter onaylı sureti teklifle birlikte sunulmalıdır.
- 9.Tablet tuzun muhteviyatındaki kimyasal parametrelerin uygunluğunu gösterir TSE'den alınmış muayene ve deney raporu ihale esnasında komisyona sunulmalıdır.
10. Ürün tesliminde, üretilen partiye ait ürün analiz raporu malzemeyle beraber teslim edilecektir. Ürün kimyasal içeriği minimum aşağıdaki değerlerde olmalıdır.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

- Görünüş beyaz, homojen yapıda tablet
- Rutubet % m / m 0,02 - 0,025
- Safılık % m / m NaCl 99,0 - 99,9
- Suda Çözünmeyen Madde % m / m 0,02 - 0,1
- Asitte Çözünmeyen Madde % m / m 0 - 0,5
- Toplam Sertlik d°H 0,5 - 0,1
- Kalsiyum Sertliği d°H 0,3 - 0,7
- Magnezyum Sertliği d°H 0,2 - 0,5
- Toplam Demir mg Fe / kg 0 - 0,3
- Bakır mg Cu / kg <0-2
- Kurşun mg Pb / kg <0-2
- Arsenik mg As / kg 0 - 0,1
- Civa mg Hg / kg <0-0.1
- Bromür mg Br / kg Yok
- Alkalite mg CaCO₃ / kg 0 - 5
- Sülfat mg SO₄ / kg 25 - 100
- pH % 20 m / v 5 - 7
- Ambalaj Şekli:25 kg pp çuval
- Depolama:kuru ortamda saklanmalı

Halime Degan

Yasim Meedatkh Jafa

- 11.Firmalar teklifleri ile birlikte 1 torba orijinal ambalajında tablet tuz tutanak karşılığı numune olarak ihale öncesinde kuruma teslim edip uygunluk belgesi almalıdır.
- 12.Ürün, partiler halinde teslim edilecektir. Teslimat, firma temsilcisinin nezaretinde gerçekleştirilecektir. Teslimat sonrasında tuzun kalitesi ile ilgili terettüde kalınması durumunda her partiden ürünün belli noktalarından numune alınarak analiz yaptırılabilir. Analiz masrafları yükleniciye ait olup tuz içeriğinde taahhüt edilen dışında bir unsurla karşılaşılması durumunda tuz iade edilir ve değişimi talep edilecektir. Aksi durumda teminat gelir kaydedilir.
- 13.Yüklenici firma ihale doyası ile birlikte teknik şartnamenin her maddesine birebir cevap vererek uygunluk belgesi hazırlamalıdır.