

**T. C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 49  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

26/01/2018

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 29/01/2018 tarih ve saat 12:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	TORAKOSKOPIK TROKAR	ADET	2		
2	İYOBANLI DREP	ADET	200		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

## İYOBANLI DREP

1. Kendiliğinden yapışkanlı cerrahi drapenin bir yüzü cilde yapışabilmesini sağlayan madde ile kaplı olmalıdır. Böylelikle sarıldığı yüzeyden kayma ve oynama yapmamalıdır.
2. İki kenarında yapıştırırken tutabilmek için yapışkansız bant olmalıdır.
3. Esnek olmalı, yapıştırırken gerildiğinde yırtılmamalıdır.
4. Islanma ile yapıştığı yerden kalkmamalı, cerrahi sırasındaki ekstremitenin şekil verilme hareketlerinde gevşeyip kendini bırakmamalıdır.
5. Şeffaf olmalıdır.
6. Yapışma alanı boyutları en az 35 cm x 35 cm olmalıdır. Yapışkan kısmı iyot veya antimikrobiyal madde emdirilmiş olmalıdır.
7. Hava ve su geçirmeyen yapıda olmalıdır.
8. Tüm ekstremiteler, gövde ve eklem yerlerine tatbik edilebilmelidir.
9. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 (İki) yıl son kullanma tarihine sahip olmalı, son kullanma tarihleri ambalaj üzerinde kolayca okunabilecek şekilde yazılı olmalıdır. Steril poşetlerde tek tek ambalajlanmış olmalıdır. Allerjiye neden olmamalıdır.

Op.Dr. Serkan SÖZKESEN  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip.Tes.N. 137758 (E) 120012  
Ağrı Devlet Hastanesi

## 1. TORAKOSKOPIK TROKAR 10'LUK

1. Disposable Olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlara kullanıma uygun olmalıdır.
3. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. Bu sistemde bıçak kanüle her yönden oturarak kullanım imkanı sağlamalıdır. Kanülün uç kısmı yatay kesik olmalıdır.
4. Kanülün üzerinde batın içerisinde sabitlemeyi sağlayan ve kaymayı önleyen sarmal şeritler olmalıdır.
5. Trokar, 5mm'den 11mm çapına kadar olan el aletlerinin geçişine ekstra bir konvertör ihtiyaç duymaksızın kullanılabilir.
6. Trokarın uzunluğu 100 mm olmalıdır.
7. Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek flap valf sistemi olmalıdır.
8. Trokarda bulunan üç yollu vana sistemi hızlı desüflasyon olanağı veren ve batın içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
9. Trokarın ucunda doku yaralanmasına imkan tanımayan için hızlı hareket eden emniyet kılıfı olmalıdır.
10. Trokarın bıçağı V şeklinde olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.
11. Trokar avuç içerisinde sıkılarak emniyet mekanizması aktive edilebilmeli ve bu mekanizma obtüratör üzerindeki indikatörden takip edilebilmelidir.
12. Specimen çıkartabilmek için , alt kısımdaki geniş alandan tek yönlü esnek valfler sayesinde trokar üzerinden çap düşürücü rahatlıkla çıkartılabilmeli
13. Trokar kanülü radiyografik çekimleri etkilemeyecek özellikte olmalıdır.
14. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.

  
P.Dr. COSKUN DAHARER  
Göğüs Cerrahisi Uzmanı  
Tıp Tes. No: 153153  
Eskişehir Devlet Hastanesi