

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/57
Konu : Mal Alımı Hk.

26/01/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 Kalem Mal Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 30/01/2018 tarih ve saat 11:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR
1	ARTROSKOP (4.0) MM	ADET	1
2	TROKAR (6.0) MM	ADET	1
3	OBTURATOR	ADET	1

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

ARTROSKOP (4.0 mm)

1. Çapı 4.0 mm olmalıdır.
2. Görüş açısı 30° ileri oblik görüşlü olmalıdır.
3. Çalışma uzunluğu 175-185 mm olmalıdır.
4. Teklif edilen Artroskop, Panoramik geniş görüntü sağlayan bir teknoloji ile üretilmiş olmalıdır ve bu husus orijinal broşür üzerinde görülebilmelidir.
5. Teklif edilen Artroskop, HD sistemlerle yüksek performans alınabilmesi için HD uyumlu üretilmiş olmalıdır ve üzerinde HD ibaresi yer almalıdır. Bu husus orijinal broşür üzerinde görülebilmelidir.
6. Otoklavlanabilmelidir.

TROKAR 6.0 mm

1. Çapı en fazla 6 mm olmalıdır.
2. Çalışma uzunluğu 130 mm olmalıdır.
3. Çift musluklu ve rotatable özellikte olmalıdır.
4. Teklif edilen 4 mm lik Teleskop ile birlikte kullanılabilir.
5. Teleskopun distal uç kısmı kılıfın içerisinde kalmalıdır. Böylelikle HF Lazer işlemlerinde ve shaver uygulamalarında olası bir temas halinde Teleskop zarar görmemelidir.
6. Otomatik kilit sistemli olmalıdır. Teleskopun kılıfın içerisine sokulup itildiği zaman otomatik olarak kilitlenebilmelidir.
7. Muslukları plastik ve değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
8. Otoklavlanabilmelidir.

OBTURATOR

1. Künt uçlu olmalıdır. Teklif edilen Trokarla uyumlu olmalıdır.

NOT: TEKLİF İNCESİ MALZEME UYUMLUĞU
ALINACAKTIR.

Op.Dr. Serkan SÖZKESEN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 135 No. Uzm. No: 120012
Ağrı Devlet Hastanesi