

147

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ ANESTEZİ BİRİMİNDEKİ DRAGER PRİMUS ANESTEZİ CİHAZINA UYGUN MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/A maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 31/01/2018 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SU TUTUCU	ADET	300		
2	ANESTEZİ SİYAH SOLUNUM DEVRE MASKESİ	SET	2		
3	ANESTEZİ ŞEFFAF SOLUNUM DEVRE MASKESİ	SET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz. Dr. Hasan BALABAN
BAŞHEKİM

NOTLAR:


- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkilinin imzası olmak zorundadır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:


18-12-2017

SU TUTUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Su tutucu Drager Primus marka anestezi cihazlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Su tutucu cihazı neme ve ölçüm hattından gelebilecek partiküllere karşı korumaya uygun tasarlanmış olmalıdır.
3. Su tutucu örnekleme gazındaki su yoğunlaşmasının özel bir haznede toplanmasını sağlayacak yapıda olmalıdır.
4. Filtreleme yapısı anestezi gaz ölçüm modülünün örnekleme akışını 200 ml' de sabit tutabilen özellikte olmalıdır.
5. Su tutucunun dış yüzeyi saydam bir yapıda olmalı ve bu sayede kirlenip kirlenmediği veya sıvı dolup dolmadığı çıplak gözle görülebilir olmalıdır.
6. Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı, ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı, kodu, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
7. Ürünün TC Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kaydı ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
8. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

Mahsum KARA



İzmir: Dr. Yasin Levent UGUR
Dip Tes. No: 152111
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dogubayazit Devlet Hastanesi

18-12-2017



19-12-2017

ANESTEZİ MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (ŞEFFAF)

1. Anestezi maskesi şeffaf olmalıdır.
2. Maske tamamıyla silikondan yapılmış olmalıdır.
3. Maskeler otoklavda 120-140 derece arasındaki ısılarda steril edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Maskelerin yüzeyi hasta ile tam temas etmelidir, hasta ile temas eden yüzey yastıklı silikon malzemeden yapılmış olmalı ve şişirmeye ihtiyaç duymayacak şekilde kaçakları önleyebilecek yapıda olmalıdır.
5. Maskelerin 0 -1 - 2 - 3 - 4 numaraları olmalıdır.
6. Anestezi maskesi CE belgesine sahip olmalıdır.

Mahsum KAYA


Dr. Yasin Levent UGUR
Dip. Tes. No 152111
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Döğubayazıt Devlet Hastanesi

19-12-2017


19.12.2017

ANESTEZİ MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (SİYAH)

- 1 - Yetişkin için şişirilebilen siyah kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 2 - Anestezi maskesi yastıklı, dezenfekte edilmeye uygun olmalıdır.
- 3 - Üzerinde maske numarası bulunmalıdır.
- 4 - Anestezi maskesi reusable olmalıdır.
- 5 - Anestezi maskesi tek ambalaj içerisinde olmalıdır.
- 6 - Anestezi maskesi No : 00 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 set halinde olmalıdır.
- 7 - Anestezi maskesi CE belgesine sahip olmalıdır.

Mahsum KATK

Uzm. Dr. Yasin Levent UGUR
Dip. Tes. No 12111
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Doğuşayazı Devlet Hastanesi

19.12.2017