

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 65
Konu : Mal Alımı Hk.

29/01/2018

Teklif Davet

Sağlık tesisimize başvuran Kazi DİNÇ isimli hastaya kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Tıbbi Malzeme Alım İşi** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/f maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 01/02/2018 tarih ve saat **10:00'a** kadar 0472 215 34 22 numaralı belgegecere veya satinalma004@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.


Beynal UUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KANÜLLÜ VİDA	ADET	3		

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirilmez.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Ahmlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

3.5 MM KANÜLLÜ VİDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 3.5mm kanüle vidalar tepleme gerektirmemelidir. Vidalar kısa yivli olmalıdır.. Vidalar 30mm ile 60mm arasında 2'şer mm artacak şekil de olmalıdır. 3.5mm kanüle vidalar titanium malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

3.5mm Kanüle Vida İçin Pul Teknik Özellikleri:

- 3.5mm kanüle vidalar için kullanılacak pullar düz olmalıdır ve uyumlu olmalıdır

3.5mm Kanüle Vida İçin Kılavuz Tel Teknik Özellikleri:

- 3.5mm kanüle vidalar için kullanılacak kılavuz tel 1.6mm çapında ve 180mm uzunluğunda olmalıdır.
- Teklif edilecek sistem ile birlikte ISO 9001, CE, belgeler ibraz edilmelidir.
- Teklif edilecek olan implantlar titanium malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Satın alma sonrası malzeme 2 saat içerisinde muayene getirilmelidir

4.5 MM KANÜLLÜ VİDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 4.5mm kanüle vidalar tepleme gerektirmemelidir. Vidalar kısa yivli olmalıdır.. Vidalar 30mm ile 60mm arasında 2'şer mm artacak şekil de olmalıdır. 4.5mm kanüle vidalar titanium malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

4.5mm Kanüle Vida İçin Pul Teknik Özellikleri:

- 4.5mm kanüle vidalar için kullanılacak pullar düz olmalıdır ve uyumlu olmalıdır

4.5mm Kanüle Vida İçin Kılavuz Tel Teknik Özellikleri:

- 4.5mm kanüle vidalar için kullanılacak kılavuz tel 1.6mm çapında ve 180mm uzunluğunda olmalıdır.
- Teklif edilecek sistem ile birlikte ISO 9001, CE, belgeler ibraz edilmelidir.
- Teklif edilecek olan implantlar titanium malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Satın alma sonrası malzeme 2 saat içerisinde muayene getirilmelidir

Op Dr. Ömer Ali KAYA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 122768
Ağrı Devlet Hastanesi