


T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 70  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

02/02/2018

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/02/2018 tarih ve saat 12:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	ENDOSKOPIK YABANCI CİSİM YAKALAMA FORSEPSİ (TİMSAH AĞIZLI)	ADET	3		
2	ENDOSKOPIK YABANCI CİSİM YAKALAMA FORSEPSİ (TRİPOD)	ADET	2		
TOPLAM					

**Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe**

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

## ENDOSKOPİK YABANCI CİSİM YAKALAMA FORSEPSİ(TİMSAH AĞIZLI)

- 1.teklif edilen forseps yabancı cisim çıkarmak için timsah ağızlı ve çoklu kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.Teklif edilen forseps 2.8mm kanal çaplı endoskopa kullanıma uygun olmalıdır.
3. Teklif edilen forseps otoklavlanabilir olmalıdır.
4. Teklif edilen forseps en fazla 230 cm olmalıdır.
5. Teklif edilen forseps kapakçıkları açılabilir en fazla 7.5mm olmalıdır.
6. Teklif edilen forsepsin kılıfı yalıtımlı olmalıdır..
7. Teklif edilen forseps numunesi görülüp onay verilerek alınacaktır.

Uzm. Dr. Zivan İSKER ERUĞAN  
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.  
Dip. No: 23853/29421  
Ağrı Devlet Hastanesi

## ENDOSKOPIK YABANCI CİSİM YAKALAMA FORSEPSİ(TRİPOD)

1. Teklif edilen tripod yabancı cisim ve polip çıkarmak için ve çoklu kullanıma uygun olmalıdır.
2. Teklif edilen tripod 2.8mm kanal çaplı endoskoplara ile kullanıma uygun olmalıdır.
3. Teklif edilen tripod üzerinde handle olmalıdır.
4. Teklif edilen tripod uzunluğu en fazla 230cm olmalıdır.
5. Teklif edilen tripod bacaklarının uç kısmı atravmatik özelliktedir.
6. Teklif edilen tripod açıldığında genişliği en fazla 20mm olmalıdır.
7. Teklif edilen tripod numunesi görülüp onay verilerek alınacaktır.

Uzm. Dr. Elv. D. ERGÜN  
İ. Hastahane ve Hastahane Teknoloji Uzm.  
Dip. No: 25553/3421  
Ağrı Çocuk Hastahanesi