

183

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİYE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ ANESTEZİ BİRİMİNE MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/02/2018 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SU TUTUCU (Droger cihazına uyumlu)	ADET	300		
2	ANESTEZİ SİYAH SOLUNUM DEVRE MASKESİ	SET	2		
3	ANESTEZİ ŞEFFAF SOLUNUM DEVRE MASKESİ	SET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz. Dr. Yasar BEŞABAN
BAŞTEKİM

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağında ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmemiği takdirde hasta dosyasına kapatinacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresi Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktur.
- 8) E-posta adresiniz satın alımıya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İK) yıl garanti olmasi
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmamızın kaşe ve yetkilinin imzası zorundadır.

19-12-2017

SU TUTUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Su tutucu Drager Primus marka anestezi cihazlarında kullanılmasına uygun olmalıdır. *bbb*
2. Su tutucu cihazı neşe ve ölçüm hattından gelebilecek partiküllere karşı korumaya uygun taşırılmış olmalıdır.
3. Su tutucu örnekleme gazındaki su yoğunlaşmasının özel bir hızende toplanmasını sağlayacak yapıda olmalıdır.
4. Filtreleme yapısı anestezik gaz ölçüm modulünün örnekleme akışını 200 ml' de sabit tutabileen özellikte olmalıdır.
5. Su tutucunun dış yüzeyi saydam bir yapıda olmalı ve bu sayede kirlenip kirlenmediği veya sıvı dolup dolmadığı çiplak gözle görülebilir olmalıdır.
6. Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kıracak şekilde olmalı, ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı, kodu, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
7. Ürünün TC Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kaydı ve onaylı bir barkod numarasının olması gerekmektedir.
8. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

*Mahrem Yıldız
M.S.*

*Dr. Yasin Levent UGUR
Sip. No: 152111
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Doktorayazılı Devlet Hastanesi*

18.12.2017

19-12-2017

ANESTEZİ MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (ŞEFFAF)

1. Anestezi maskesi şeffaf olmalıdır.
2. Maske tamamıyla silikondan yapılmış olmalıdır.
3. Maskeler otoklavda 120-140 derece arasındaki ıslarda steril edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Maskelerin yüzeyi hasta ile tam temas etmelidir, hasta ile temas eden yüzey yastıklı silikon malzemeden yapılmış olmalı ve şişirilmeye ihtiyaç duymayacak şekilde kaçakları önleyebilecek yapıda olmalıdır.
5. Maskelerin 0 -1 - 2 - 3 - 4 numaraları olmalıdır.
6. Anestezi maskesi CE belgesine sahip olmalıdır.

Mahsus Kriterler
L.G.

Dr. Yasin Levent UGUR
Dip. Tas -o 152111
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocukbayazılı Devlet Hastanesi

19-12-2017

09.12.2017

ANESTEZİ MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (SİYAH)

- 1 - Yetişkin için şişirilebilen siyah kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 2 - Anestezi maskesi yastıklı, dezenfekte edilmeye uygun olmalıdır.
- 3 - Üzerinde maske numarası bulunmalıdır.
- 4 - Anestezi maskesi reusable olmalıdır.
- 5 - Anestezi maskesi tek ambalaj içerisinde olmalıdır.
- 6 - Anestezi maskesi No : 00 – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 set halinde olmalıdır.
- 7 – Anestezi maskesi CE belgesine sahip olmalıdır

Mahsus Kariyat

Dr. Dr. Yasin Levent UGUR
Dip. Tes. no: 152111
Anesteziyoloji ve Böbrek Masajyon
Doğubayazıt Devlet Hastanesi

19.12.2017