

195

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HASTENEMİZ ORTOPEDİ AMELİYATI (CEMAL ÜSTÜNDAĞ) İÇİN GEREKLİ MALZEMELER** alım işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/f maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/02/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçerel veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER  
İDARİ MALLİŞLEŞME MÜDÜRÜ

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DEGENERATİF VE TRAVMATİK DOKU REKONSTRÜKSİYON METARYALI	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
Uz.Dr.Yasar ERYİMLAZ  
EYSERKIM

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağinden ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Doktore olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin boekodları uzami 5 gün içinde teslim edilmemiği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresi Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitim hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tam alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (iki) yıl garantili olması
- 10) UBB kodu ve SUT kodu belirtilmeyen teknifler değerlendirme dışarı kalacaklar.
- 11) Teklif veren firmmanın kasesi ve yetkilinin imzası olmak zorundadır.

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt / AGRI DOĞUBAYAZIT AGRI  
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 54 47  
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag

## Dejeneratif ve Travmatik Doku Rekonstrüksiyon Materyali Teknik Özellikleri

- Yüksek moleküler ağırlıklı Hialuronik Asit: 1.5 – 1.8 mln. Dalton olmalı
- Alerjenik olmayacağı şekilde fermentle edilmiş Sodyum Hyaluronate içermeli
- Yüksek aktiflikte bileşim içeriği: %2.2 x 2.5 ml için : 44 mg %2.2x 5ml için 88 mg Sodyum Hyaluronate – olmalıdır.
- Ürün polietilenglikol içermelidir.
- Ürün hayvan orijinli bileşen içermemelidir.
- Etkileyici biçimde acı azaltımı sağlamalıdır.
- Ürün kaydırıcı ve şok emici özelliklerinden ötürü ağrısız fizyoljk hareketlere olanak sunmalı
- Ürün hücrelerin migrasyonunu artırrarak kırıdağın yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunmalıdır.
- Bütün eklemler için uygulanabilmelidir.
- Steril, izotonik ve aapirojenik, düşük fosfat tamponlu solusyon, 7.2 pH ve enjeksiyon kullanımları için su içermeli
- Ürün güçlü bir buhar sterilizasyondan geçirilmiş olmalı.
- Acı ve kısıtlı artikuler hareketlilikte kıkırdak dejenarsyonu olan bütün eklemlerde kullanılabilir.
- Eklem içi saflaştırılmış hialuronik asit enjeksiyonu vizkozitesini arttırır.
- Eklem içi tedavi sonrası eklemin hareketliliği artar ve dejeneratif lezyonları azaltmalıdır.
- Ürün CE -GmbH; DIN EN ISO 9001 ve ISO 13485 tüm belgeler A.B onaylı olmalıdır.
- Ürün teslimatında ürüne ait belgeler sunulmalıdır.



Yazılımın Devlet Hastanesi  
Dr. Cihan ERDOĞAN  
Travmatik ve Traumatolojik Uzmanı  
T.C. İlaç İstihdam ve Test No: 127 M5