

231

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **AY MASA** ALIMI işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12/02/2018 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	AY MASA	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz.Dr. Hasan BAĞABAN
BAŞHEKİM


NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

7. AY MASA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Masa, ameliyathane ortamı için özel tasarlanmış olmalıdır. Yaralanmalara neden olacak ve cerrahi aletlerin konulduğu bohçalara zarar verecek keskin köşe ve Kenar olmamalıdır.
2. Masanın tamamı 304 Kalite 18/8 Cr/Niskoçlu paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalı ve kullanılan paslanmaz çelik olmalıdır Paslanmaz çelik sac en az 1.50 mm kalınlığında ebatları en az(ExBxY) 450x1700x1000(h) mm(+50mm) olmalıdır.
3. 304 Kalite paslanmaz çelik boru profil ise en az 025x 1,20mm ölçülerinde olmalıdır.
4. Masanın üretiminde TIG kaynak yöntemi kullanılmış olmalı, sac ve profil birleşme noktalarında kesinlikle bakteri üremesine sebep olacak gözenek ve kaynak boşlukları olmamalıdır.
5. Masa , malzeme koymak için ay şeklinde 2 adet geniş rafa sahip olmalıdır.
- 6.Masanın üst tablası malzeme düşmesini engellemek amacıyla 50 mm yüksekliğinde kısmı bariyerli olmalıdır.
- 7.Masa raflarının kenarlarında tutulduğunda keskin kenarı engellemek amacıyla içe doğru çift büküm verilerek üretilmiş olmalıdır.
- 8.Masada üçlü frenlenebilir 6 adet Q 100 lik sarhoş tekerlekler olmalıdır, masanın transferi sırasında hastane ortamında sessiz kullanmaya uygun olmalıdır.
- 9.Araba ikisi fren tertibatlı,360 derece dönebilen, metal kısımları paslanmaya dayanıklı materyaldan,tekerlek kaplamaları zemin kaplamasını çizmeyen,zemin temizleme kimyasallarına,darbelere,titreşimlere dayanıklı,100 mm lik,plastik altı adet tekere sahip olmalıdır.
- 10.Arabanın dört tarafında çarpmalara karşı koruyucu plastik tampon olmalıdır.
- 11.Masanın taşıyıcı boruları dikişsiz paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 12.Masa imalat ve montaj hatalarına karşı 2(iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.
- 13.Üretici firma ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
- 14.Üretici firma ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
15. Üretici firma ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.


Arzu Aydemir
Hemşire