

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi
TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **FİZİK TEDAVİ İÇİN MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 09/02/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin İZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DUMBELL SETİ	ADET	1		
2	PARALEL BAR	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uz.Dr.Hasan BALABAN

NOTLAR:


- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.


Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

Dumbell Seti Teknik Şartnamesi

DUMBELL SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 set ağırlık içinde
 - 0,5 kg Dumbel 1 adet
 - 1 kg Dumbel 1 adet
 - 1,5 kg Dumbel 1 adet
 - 2 kg Dumbel 1 adet
 - 3 kg Dumbel 1 adet
 - 4 kg Dumbel 1 adet
 - 5 kg Dumbel 1 adet
2. Dumbıllar metal üzeri vinil kaplı dumbell olmalıdır.
3. Dumbılların görünebilir yerinde ağırlık kg'ları yazılı olmalıdır.
4. Dumbeller kolay ayırılması için her ağırlığın rengi farklı olmalıdır.


İzmir Merkez A.Ş.Ş.


İzmir Merkez A.Ş.Ş.


Paralel Bar Teknik Şartnamesi

PARALEL BAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz yürüme rehabilitasyonu amaçlı kullanıma uygun ve metal olmalıdır.
2. Paralel barın; uzunluğu 3mt (+/-10cm) olmalıdır.
3. Paralel barın; yan barların yüksekliği her hastaya uygun olacak şekilde birbirinden bağımsız olarak 70 - 105cm (+/-1cm) arasında en az 10 kademe olarak ayarlanabilir olmalıdır.
4. Yükseklik ayar mekanizması pimli ve çekmeli yaylı çek bırak sistem olmalıdır. Vidalı veya düz geçme şeklinde stabil olmayan mekanizmalar olmamalıdır.
5. Paralel barın; genişliği her hastaya uygun olacak şekilde 54-80cm (+/-1cm) arasında ayarlanabilir olmalıdır.
6. Paralel bar yere sabitleme materyalleri ile sabitlemeden dengede durabilecek ve hastaların egzersizlerini yapabilecek yapıda ve sağlamlıkta olmalıdır.
7. Paralel barın; zemini ahşap olmalıdır.
8. Paralel barın; her iki başında rampa olmalı, rampalar 14cm (+/-1cm) olmalıdır.
9. Paralel bar malzeme, üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz servis ve bakım garantisine sahip olmalıdır.

İst. Mahir Aşık


İst. Sadettin Kızılcıkçıoğlu
