

İmza/Kaşe

OLUR
Uz.Dr. Hıyan BALABAN



NÖTLER:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satılma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olduğundan ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitim hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

270

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ GÖZ POLİKLİNİĞİ İÇİN MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16/02/2018 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Engin IZLER
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BLEFAROSTA	ADET	3		
2	LAKRİMAL TIRMIK	ADET	2		
3	ŞAŞILIK KANCASI	ADET	2		
4	NÜKLEUS BÖLÜCÜ 1.25mm	ADET	2		
5	İRİS SPATÜLİ	ADET	1		
6	DÜZ BAĞLAMA PENSETİ	ADET	1		
7	EĞRİ BAĞLAMA PENSETİ	ADET	1		
8	KAPSULOREKSİS PENSETİ	ADET	2		
9	DİŞLİ SÜTÜR PENSETİ	ADET	1		
10	KOLİBRİ PENSET	ADET	1		
11	KİLTİSİZ İĞNE TUTUCU	ADET	2		
12	WESCOTT MAKAS	ADET	3		
13	STEVANS MAKAS	ADET	1		
14	3.5 mm KEMİK KIRICI	ADET	1		
15	2.0mm KEMİK KIRICI	ADET	1		
16	PERİOSTAL KALDIRICI	ADET	1		
17	LAKRİMAL ENTÜBASYON SETİ	ADET	10		
18	LAKRİMAL PROB	ADET	1		
19	LENS ENJEKTÖRÜ	ADET	1		
20	İRRİGAZYON ELCİĞİ	ADET	1		
21	ASPIRASYON ELCİĞİ	ADET	1		

Firma Yetkilisi

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

MALZEMENİN ADI	ADET
Blefarosta	3
Lakrimal Tirmik	2
Şaşılık Kancası	2
Nükleus Bölücü 1.25mm	2
İris Spatülü	1
Düz Bağlama Penseti	1
Eğri Bağlama Penseti	1
Kapsuloreksis Penseti	2
Dişli Sütür Penseti	1
Kolibri Penset	1
Kilitsiz İğne Tutucu	2
Wescott makas	3
Stevens makas	1
3.5mm Kemik Kırıcı	1
2.0mm Kemik Kırıcı	1
Periostal Kaldırıcı	1
Lakrimal entübasyon seti	10
Lakrimal prob	1
Lens Enjektörü	1
İrrigasyon elciği	1
Aspirasyon elciği	1

Doc. Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Op. Dr. Cem KESİM
Dip Tescil No: 16400
Göz Hastalıkları Uzmanı

Doc. Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Op. Dr. Cem KESİM
Dip Tescil No: 16400
Göz Hastalıkları Uzmanı

GÖZ CERRAHİ ALETLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzemeler paslanmaz inox çelikten üretilmiş olmalı ve polisajı pürüzsüz ve düzgün olmalıdır,
2. Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olup silinmesi mümkün olmamalıdır.
3. Ürünler kuru hava, gazlı hava ve buharlı sterilizasyona uygun olmalıdır
4. Cerrahi aletler üretim ve imalat hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
5. ROCKWELL Standardına göre DIN değerleri 1.4201-UNIX 20 Cr13, sertlik derecesi 48-52 arasında olmalıdır.
6. Cerrahi aletlerin kimyasal yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliğini bozan Karbon, Mangan , Fosfor, Kükürt, Nikel, Silisyum, Molibden ve Vanadyum gibi elementler %1 (yüzde bir) den fazla bulunmamalıdır. Krom oranının çeliklerde yüksek oranda olması paslanmaya karşı dayanıklılık oranını arttırdığı için tercih nedenidir. Bu özellik noter tasdikli olarak belgelenmelidir.
7. Cerrahi aletlerin çelik alaşımında mukavemeti arttırmak için en %3 oranında silisyum elementi olmalı ve firma bunu üretici firma tarafından onaylı belge şeklinde noter tasdikli belgelemelidir.
8. İthalatçı firma ISO13485 Belgesine sahip olmalıdır.
9. Teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede istenilen ölçüleri katalogda da belirtilmiş olmalıdır.
10. Teklif edilen ürünlere uygunluk beyanı verilmelidir.
11. Teklif edilecek cerrahi aletler bunların muadili veya benzeri değil eşdeğeri olacaktır.
12. Teklif edilen tüm ürünler sterilizasyon esnasındaki ani ısı değişikliği nedeni ile ve elektron karışımının birbirini etkileyip pas yapmaması için aynı marka olması gerekmektedir.
13. Cerrahi alet setinin tamamına teklif verilmelidir.
14. Cerrahi aletlerin tanımı aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

1) BLEFAROSTA

Uçları geniş ve pencereleli olmalıdır. Blade'lerinin uzunluğu yaklaşık 42 mm olmalıdır. Aşağıda gösterilen modelde olmalıdır.



2) LAKRİMAL TIRMIK

Toplam uzunluğu 135 mm olmalıdır. Knapp model olmalıdır. Dört Adet Uclu ve çatal olmalıdır. Ürünler CE Belgesine sahip olmalıdır. Ürünler UBB barkodu olmalıdır

3) ŞAŞILIK KANCASI

Toplam uzunluğu en fazla 140 mm olmalıdır. Size 1(8.00mm x 1.00mm)olmalıdır. Ürünün CE belgesi olmalıdır. Ürünün UBB kodu olmalıdır.

4) NUKLEUS BÖLÜCÜ

Toplam uzunluğu 114mm olmalıdır.60 dereceli kesme köşesi olmalıdır.
Kesme köşesi 1.25 mm olmalıdır. Cerrahi Aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır. Ürünler CE Belgesine sahip olmalıdır. Ürünler UBB barkodu olmalıdır.

5) IRİS SPATULASI

Toplam uzunluğu en fazla 120 mm. olmalıdır. Angle tip uzunluğu 12mm olmalıdır.
Tip genişliği. 25 mm olmalıdır. Ürün CE belgesi olmalıdır. Ürünün UBB kodu olmalıdır.

6) DÜZ BAĞLAMA PENSETİ

Toplam uzunluğu en fazla 102 mm olmalıdır. Uç kısmı hassas olmalıdır. 9-0 ve 11-0 arası sutureler için kullanıma uygun olmalıdır. Ürün CE Belgesine sahip olmalıdır. Ürünün UBB kodu olmalıdır.

7) EĞRİ BAĞLAMA PENSETİ

Toplam uzunluğu en fazla 102 mm olmalıdır. Ağız kısmı en fazla 6.0 mm olmalıdır.
Dişsiz 0.30 tip uzunluğu olmalıdır.6.00 mm tying platform olmalıdır. Eğik tip olmalıdır.8/0 – 11/0 sutureler için kullanıma uygun olmalıdır. Ürün CE Belgesine sahip olmalıdır. Ürünün UBB kodu olmalıdır.

8) KAPSÜLOREKSİS PENSETİ

Paslanmaz çelik olmalıdır. Hassas ve yuvarlatılmış sapı olmalıdır. Kapsül tutma kısmı tırtıklı olmalıdır. Ucu eğimli(curved) açılı ve 11-13 mm uzunluğunda olmalıdır. Toplam uzunluğu yaklaşık 104.mm olmalıdır.

9) DİŞLİ SÜTÜR PENSETİ

Toplam uzunluğu 85 mm olmalıdır. Bishop-Harmon model olmalıdır. Cris Cross serrated tip olmalıdır.Ürün CE belgesi olmalıdır. Ürün UBB barkodu olmalıdır.

10) KOLİBRİ PENSET

Toplam uzunluk 98 mm olmalıdır. Uç uzunluğu 0.12 mm olmalıdır. Eğimli ve 1x2 Dişli olmalıdır. Cerrahi Aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır. Ürünler CE Belgesine sahip olmalıdır. Ürünler UBB barkodu olmalıdır.

11) KİLİTSİZ İĞNE TUTUCU

Toplam uzunluğu 110 mm olmalıdır. Kavisli ve kilitsiz olmalıdır. Bıçak uzunluğu 8 mm olmalıdır. 8/0 ve 10/0 Suture arası için uygun olmalıdır. Cerrahi Aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır. Ürünler CE Belgesine sahip olmalıdır. Ürünler UBB barkodu olmalıdır.

12) WESTCOTT TENETOMİ MAKASI

Toplam uzunluğu 114mm olmalıdır. Uç kısmı 22 mm olmalıdır.
Sağ el için Üretilmiş olmalıdır. Ürünler CE Belgesine sahip olmalıdır. Ürünler UBB barkodu olmalıdır.

13) STEVENS MAKAS

Tenotomy makası, 110 mm uzunluğunda, eğri uçlu, 15 mm uzunluğunda kesici ağızlara sahip, küt uçlu olmalı. Ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.

14) KEMİK KIRICI

Kerrison Forceps: Bonne Nibbling rongeur, Dakriosistorinostomi için imal edilmiş, 2mm lik ucu tünel açabilmeli. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.

Kerrison Forceps: Bonne Nibbling rongeur, Dakriosistorinostomi için imal edilmiş, 3.5mm lik ucu tünel açabilmeli. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.

15) PERİOST KALDIRICI

Çift uçlu olmalı, uçlar içbükey olmalı, uçlardan birisi küt diğeri yarı küt olmalı. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.

16) LAKRİMAL ENTÜBASYON SETİ

Toplam uzunluğu 136 mm olmalıdır. Crawford model olmalıdır. Ürün CE belgesi olmalıdır. Ürün UBB barkodu olmalıdır. Aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

17) LAKRİMAL DİLATÖR

Yaklaşık 75mm uzunluğunda, tek taraflı dilate etmeli. 0.40 mm den daha kalın uçlu olmalı.

18) LENS ENJEKTÖRÜ

Akrilik ve Silikon lensler için imal edilmiş olmalıdır. Ürün CE belgesi olmalıdır. Ürün UBB barkodu olmalıdır. Aletin üzerinde markası ve katalog numarası olmalıdır.

19) İRRİGASYON ELCİĞİ

İkişer adet yan 0,4-0,5 mm sirkülasyon deliği olmalı. Uç kısmı inceltilmiş ve künt olmalı. İrrigasyon tüp genişliği 21-22 gauge / 0.8 mm ölçüsünde olmalı. Toplam uzunluğu 105 mm olmalı.

20) ASPİRASYON ELCİĞİ

Aspirasyon deliği 0,3 mm genişliğinde olmalı. Aspirasyon tüp genişliği 21-22 gauge / 0.8 mm ölçüsünde olmalı. Ucu eğimli konik şekilli ve pütürlü olmalı. Tutma kısmında elden kaymayı önleyen ergonomik bölüm olmalıdır. Toplam uzunluğu 97 mm olmalıdır.