

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Doç.Dr Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **TİBBİ ATIK, EVSEL ATIK VE TEHLİKELİ ATIK BERTARAFI İÇİN KOVA VE KONTEYNR ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 15/02/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegecere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Yakup ÇOBAN  
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	PLASTİK AYRISIM KOVASI	ADET	14		
2	TEHLİKELİ ATIK İÇİN PLASTİK KONTEYNR	ADET	1		
3	CAM ATIK İÇİN PLASTİK KONTEYNR	ADET	1		

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

OLUR  
Uz.Dr. HAKAN ÇOBAN  
BASHEKİM

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve sunme kadar Satınalma Birümüne veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (räkam yeri ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecaktır.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fisli olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrası belli olacağını ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyatdan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmemiği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alınlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sistemininden de ilan edilmektedir.
- 7) Alın konusu elazığ ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz sunum alımıya versilse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (iki) yıl garanti olması.
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmamızın kaşesi olmak zorundadır.

## **TEHLİKELİ ATIK KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ**


- Kullanılan hammadde plastik gövdeden , güneş ışığına, sıcağa ve soğuga dayanıklı olmalıdır.
- İsteğe bağlı olarak kapak sistemine manyetik kilit sistemi ilave edilebilir.
- 2 frenli 2 frensiz olmak üzere dört tekerlekli olmalıdır.
- Üretici Firma Iso Belgesine Sahip olmalıdır.
- Ürünün üzerinde Tehlikeli Atık Amblemi bulunmalıdır.
- Ürünün taşıma kapasitesi 500 lt olmalıdır.
- Üretici Firma Tse Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
- Tabanda sızdırmaz boşaltma vanası olmalıdır.
- Ürün üzerinde DİKKAT TEHLİKELİ ATIKTIR amblemi bulunmalıdır.
- Ürün nakliyesi firmaya ait olacaktır.

## **CAM ATIK KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Kullanılan hammadde plastik gövdeden , güneş ışığına, sıcağa ve soğuga dayanıklı olmalıdır.
- İsteğe bağlı olarak kapak sistemine manyetik kilit sistemi ilave edilebilir.
- 2 frenli 2 frensiz olmak üzere dört tekerlekli olmalıdır.
- Üretici Firma Iso Belgesine Sahip olmalıdır.
- Ürünün üzerinde GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU ve CAM atık olduğuna dair ibare bulunmalıdır.Mavi renkte olmalıdır.
- Ürünün taşıma kapasitesi 500 lt olmalıdır.
- Üretici Firma Tse Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
- Tabanda sızdırmaz boşaltma vanası olmalıdır. Ürün mavi renkli olmalıdır.
- Ürün nakliyesi firmaya ait olacaktır.

## **PLASTİK AYRIŞIM KOVASI 3'LÜ**

- Yanmaz Ve Kırılmaz Özelliğte Plastik Tabanlı Pedallı
- Evsel Atık,Cam atık ve Tibbi Atık olarak hazırlanmalıdır. Üzerinde amblem olmalıdır.
- .Gövde Siyah renkli Evsel Atık ünitesi 80 lt
- Gövde mavi renkli Geri Dönüşüm ünitesi 80 lt
- Gövde Kırmızı renkli Tibbi atık ünitesi 80 lt
- Ürün toplam kapasitesi : 240 lt dir.



- Ürün el değilmeden açılması için ayak pedallı olarak hazırlanmıştır.
- Ürünün ana gövdesi yüksek yoğunluklu polietilen hammadeden imal edilmiştir.
- Taban kısmında 4 adet güçlü tekerleği mevcuttur.
- Ürün naklijyesi firmaya ait olacaktır.

